

1. Dot.: rozdział III pkt. 13 f) SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w/w zapisu na: „wymianę podzespołu na wolny od wad w przypadku 3 nieskutecznych napraw danego podzespołu”.

2. Dot.: rozdział III pkt. 15 e) - g) SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu realizacji na: „do 20 tygodni od daty podpisania umowy”. W niekorzystnym przypadku może dojść do wyboru oferty po terminie przewidzianym na jego realizację

3. Dot.: Rozdziału XI ust.4 SIWZ w zakresie dot. ubezpieczenia OC deliktowego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w/w zapisu w zakresie dot. ubezpieczenia OC deliktowego na: „Ubezpieczenie OC deliktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę:

1) PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) - zadanie nr 1 (minimum 500 000,00 zł)

2) PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) - zadanie nr 2 (minimum 500 000,00 zł)”

Usunięcie sformułowania „na każde zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń” jest konieczne, z uwagi na fakt, że powoduje ono powstanie nieograniczonej kwotowo wysokości ubezpieczenia, co w warunkach polskich nie jest możliwe (żaden ubezpieczyciel na rynku nie oferuje takiej opcji ubezpieczenia). Ewentualnie prosimy o określenie górnej granicy całego ubezpieczenia np. na kwotę 1,5 mln zł.

Na marginesie należy dodać, że § 11 projektu umowy uwzględnia prawidłową treść omawianego zapisu.

4. Dot.: pkt. II.2 załącznika nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów w/w punktu na zgodny z zapisami rozdziału III pkt. 9, 10 oraz 15 e) - g) SIWZ.

5. Dot.: pkt. 1.7 i 2.4 załącznika nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY oraz §4 ust. 5 Załącznika nr 7A do siwz i umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację w/w zapisów SIWZ na zgodny z zapisami ustawy PZP poprzez wykreślenie żądania podania nazwy podwykonawcy oraz ceny wykonywanych robót i pozostawienie jedynie wymogu podania części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

W art. 36 ust. 4 ustawy PZP Ustawodawca wprowadza jedyne ograniczenie w zakresie podwykonawców, polegające na tym, iż na wniosek Zamawiającego wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie, jakie części zamówienia powierzy podwykonawcom. Tym

samym niczym nieuzasadnione jest nakładanie obowiązku dokładnego wykazywania i identyfikowania podwykonawców. Nie wynika to ani z przepisów prawa ani z przyjętych zwyczajów.

To Zamawiającemu Ustawa przyznaje prawo wyboru, czy dopuszcza udział podwykonawców czy nie, oraz to jemu przyznano uprawnienie do nałożenia obowiązku wskazania części zamówienia, z możliwością wyłączenia niektórych, istotnych części, w których udział podwykonawców jest zabroniony (art. 36 ust. 5 ustawy). Natomiast nałożenie dodatkowych wymogów w tym zakresie wskazanych w SIWZ przez Zamawiającego jest nieuzasadnione, i jako sprzeczne z prawem bezskuteczne.

6. Dot.: pkt. 22 załącznika nr 2 dla zadania nr 2 - Aparat RTG

W związku z tym, iż termin składania ofert oraz czas realizacji umowy dotyczącej w/w przetargu będą miały miejsce pod panowaniem nowej ustawy o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20.05.2010, Dz. U. nr 107 z 17.06.2010), prosimy o dostosowanie w/w punktu do zapisów ustawy poprzez odpowiednie modyfikacje w/w punktu oraz wykreślenie wymogu posiadania przez oferowane urządzenie „wpisu do rejestru wyrobów medycznych”.

7. Dot.: załącznika nr 2 dla zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednoczenie terminów gwarancji na poszczególne urządzenia wchodzące w skład zadania nr 2 do 12 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji ponad standardowe 12 miesięcy znacznie podraża ofertę.

8. Dot.: §4 załącznika nr 7 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość wystawiania odrębnych faktur przez członków konsorcjum, w przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia (konsorcjum) i zawarcia z nim umowy, zamieszczając w SIWZ oraz we wzorze umowy następujące postanowienie:

„W przypadku, gdy Wykonawcą są podmioty wspólnie realizujące zamówienie (konsorcjum), Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych oddzielnie przez poszczególnych członków konsorcjum zgodnie z zakresem, za który każdy z nich odpowiada”?

Ze względu na bardzo obszerny zakres przedmiotu zamówienia oraz jego znaczącą wartość umożliwienie poszczególnym członkom konsorcjum wystawiania faktur częściowych jest niezwykle celowe.

9. Dot.: §4 ust. 4 załącznika nr 7 do SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie w/w punktu lub o jego zmianę na: „Ewentualny przelew wierzytelności oraz należności ubocznych na rzecz innego podmiotu, w tym też zwanie umowy faktoringowej lub umowy poręczenia może odbyć się wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego”.

Zapis w obecnym brzmieniu wymaga uzyskania przez Wykonawcę zgody organu założycielskiego Zamawiającego, który nie jest dla Wykonawcy stroną umowy.

10. Dot. §6 ust. 4 załącznika nr 7 do SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów w/w punktu na: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu, podzespołu przedmiotu umowy na wolny od wad, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.”

11. Dot.: §7 ust. 1 załącznika nr 7 do SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów w/w punktu na: „W przypadku, gdy Wykonawca przekroczy, określony w §10 ust. 1 pkt. 2 i 3, termin oddania sprzętu do eksploatacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto części zamówienia, której zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki”.

Istniejący obecnie zapis w przypadku opóźnienia powoduje naliczanie kar umownych od wartości całej części postępowania. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o bardzo zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony. Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia

nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

12. Dot.: §7 ust. 5 załącznika nr 7 do SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów w/w punktu na: „W przypadku gdy powstała szkoda przewyższa określoną karę umowną, strony mają prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”.

13. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonitoring modułowe stacjonarne z centralą Punkt 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o korektę oczywistej omyłki pisarskiej na: „Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż z 2010r. lub 2011r”

14. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonitoring modułowe stacjonarne z centralą Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści spełnienie powyższego punktu poprzez zaoferowanie: „Konfiguracja alarmów i monitorowanych parametrów przez użytkownika niezależnie od monitora, dla dowolnego pomiaru i pacjenta. Możliwość tworzenia indywidualnych schematów widoków, alarmów i kolorów.”?

15. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonitoring modułowe stacjonarne z centralą Punkt 6, Punkt 7, Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści spełnienie powyższych punktów poprzez zaoferowanie: „Monitor 10,4”, rozdzielczość 600x800 pikseli z obsługą za pomocą przycisków funkcyjnych i pokręteł. Z możliwością wyświetlenia do 8 krzywych dynamicznych.” ?

16. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonitoring modułowe stacjonarne z centralą Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści spełnienie powyższego wymogu poprzez alternatywne rozwiązanie: interfejs użytkownika dostosowany do wprowadzania danych pacjenta w monitorze bez potrzeby podłączania zewnętrznych urządzeń HID?

17. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonitoring modułowe stacjonarne z centralą
Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć 72h trendów bez zapamiętywania odcinków krzywych - funkcja odcinków w centrali monitorującej?

18. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonitoring modułowe stacjonarne z centralą
Punkt 12

Czy Zamawiający dopuści spełnienie powyższego wymogu poprzez zaoferowanie: obliczenia objawów czynności życiowych hemodynamika, natlenowanie i wentylacja?

19. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonitoring modułowe stacjonarne z centralą
Punkt 14, Punkt 15, Punkt 16, Punkt 17

Czy Zamawiający dopuści spełnienie powyższych wymogów poprzez alternatywne rozwiązanie technologiczne: możliwość podglądu danych monitora z innego stanowiska?

20. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonitoring modułowe stacjonarne z centralą
Punkt 22, Punkt 23, Punkt 24

Czy Zamawiający dopuści spełnienie powyższego wymogu poprzez alternatywne rozwiązanie technologiczne:

- Zakres pracy od 30 do 250 HR.
- Zakres alarmowy od 30 do 250 bpm.
- Dokładność pomiaru: +/- 5% lub +/- 5 ud/min (większa z wartości).
- Regulacja wzmocnienia: 0,2-5cm/mV.
- Prędkość przesuwu wykresu od 12,5 do 50 mm/s.
- Wykrywanie zespołów QRS: przeprowadzane jednocześnie na co najmniej 2 odprowadzeniach wykrywane powinny być zespoły QRS o czasie trwania od 40 do 120 ms i amplitudach od 0,5 do 5,0 mV.
- Wykrywanie stymulatora:
od ± 2 mV do ± 700 mV przy szerokości impulsu 0,5 do 2,0 ms w czasie narastania 10% szerokości nie przekraczającej 100 us..
- Jednoczesne wyświetlanie do 3 monitorowanych odprowadzeń na ekranie...
- Monitorowanie arytmii: podstawowa analiza arytmii.

21. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonitoring modułowe stacjonarne z centralą
Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści spełnienie powyższego wymogu poprzez alternatywne rozwiązanie technologiczne:

- Czynność oddechowa. Pomiar metodą pneumografii impedancyjnej, z prezentacją cyfrową i krzywą dynamiczną.
- Zakres pomiarowy częstości oddechów od 4 do 120 odd/min.
- Granice alarmowe min od 4 do 80 odd/min.
- Alarm bezdechu z domyślnym interwałem czasowym?

22. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonitoring modułowe stacjonarne z centralą
Punkt 29, Punkt 33

Czy Zamawiający dopuści spełnienie powyższego wymogu poprzez alternatywne rozwiązanie technologiczne:

- Możliwość rozszerzenia o pomiar ciśnienia śródczaszkowego oraz ciśnienia w krążeniu mózgowym, bezpośrednio lub z interfejsem innej firmy
- Zakres pomiaru ciśnienia inwazyjnego w zakresie od -40 do +320mmHg

23. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonytory modułowe stacjonarne z centralą
Punkt 34, Punkt 35, Punkt 36, Punkt 37

Czy Zamawiający dopuści spełnienie powyższego wymogu poprzez alternatywne rozwiązanie technologiczne:

- Możliwość pomiaru rzutu minutowego serca metodą małoinwazyjną, za pomocą oddzielnego urządzenia umożliwiającego prezentację parametrów (wraz ze startowym pakietem akcesoriów):
 - Rzut serca
 - Ciśnienie tętnicze krwi skurczowe, rozkurczowe, średnie (pomiar ciągły)
 - Częstość skurczów serca (pomiar ciągły)
 - Opór naczyniowy obwodowy
 - Wskaźnik kurczliwości lewej komory
 - Całkowita frakcja wyrzutowa
 - Całkowita objętość końcowo- rozkurczowa
 - Indeks sercowy -wskaźnik funkcji serca
 - Wewnątrzpiersiowa objętość krwi
 - Objętość pozanaczyniowego płynu płucnego
 - Możliwość rozszerzenia o moduł oceny czynności wątroby

24. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonytory modułowe stacjonarne z centralą
Punkt 46

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy temperatury od 10°C do 45°C, jako wystarczający do pełnej diagnostyki pacjenta na OIT?

25. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonytory modułowe stacjonarne z centralą
Punkt 49, Punkt 51, Punkt 52, Punkt 54

Czy Zamawiający dopuści spełnienie powyższego wymogu poprzez alternatywne rozwiązanie technologiczne:

- Możliwość pomiaru kapnometrii w strumieniu bocznym w przenośnym module (dostawa po 1 na każdy monitor).
- Zakres pomiarowy ilości oddechów od 4 do 80 odd/min.
- Przeznaczony dla pacjentów o wadze powyżej 5kg.
- Zestaw 40 linii pomiarowych?

26. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonytory modułowe stacjonarne z centralą
Punkt 55, Punkt 56, Punkt 58, Punkt 59, Punkt 60, Punkt 61, Punkt 62, Punkt 63,
Punkt 64, Punkt 65

Czy Zamawiający dopuści spełnienie powyższych wymogów dotyczących funkcjonalności centrali poprzez alternatywne rozwiązanie technologiczne i funkcjonalności:

- Pojedynczy ekran centrali o przekątnej 19", sterowany poprzez klawiaturę i myszkę.
- Obsługujący 4 stanowiska, z możliwością rozszerzenia do 1024 monitorów (z podcentralami).
- Trendy Full Disclosure zapamiętywanych parametrów z monitorów z 1h, a trendy w monitorach 72h (zamiast wymaganych 24h).
- Możliwość wydruku konfigurowanych raportów, z możliwością zapisu w pliku *.pdf.
- Możliwość rozszerzenia o współpracę z zewnętrznym systemem informacji klinicznej (wraz z synchronizacją czasową), przesyłanie danych EKG do systemu analizy.
- Historia zdarzeń z funkcją wycinków, w tym wszystkie alarmy kliniczne i wycinki wykonywane ręcznie.

- Brak dodatkowych ograniczeń czasowych?

27. Dot.: Załącznik 2 Zadanie 2 poz. - Kardiomonitoring modułowe stacjonarne z centralą
Punkt 41, Punkt 45, Punkt 48

Zwracamy się do Zamawiającego o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę ilości wskazanych w wymienionych punktach z 9 na 4, zgodnie z ilością wyspecyfikowanych monitorów w centrali.