



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Parczewie**

21-200 Parczew ul. Kościelna 124 dyr.(083) 355-21-02 fax.355-21-00

Parczew 18.02.2011

oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/13/2010

dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim.

Modyfikacja /Wyjaśnienie SIWZ

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej w pkt. 2 było: „Przesyłanie obrazów – 10 i 12 bit.”

Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej w pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Przesyłanie obrazów min. 10 bit”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej w pkt. 1 było: „Generowanie obrazów - 12 bit.”

Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej w pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Generowanie obrazów min. 12 bit”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. I w pkt. 18, rozdz. II pkt. 8 i rozdz. III pkt. 22 było: „Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych”

Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. I w pkt. 18, rozdz. II pkt. 8 i rozdz. III pkt. 22 otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający wymaga dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie Polski i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i potwierdzające oznaczenie znakiem CE.”

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 1. Zamawiający wymaga: Przesyłanie obrazów min. 10 bit.

Ad. 2. Zamawiający wymaga maksymalnej pow. podstawy 0,3m²

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza komunikację między stacją technika a kasetą fale radiowe.

Ad. 4. Tak. Zamawiający zamierza wykorzystywać system do wykonywania badań radiologicznych. Zamawiający wymaga dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie Polski i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i potwierdzające oznaczenie znakiem CE.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk