Parczew 23.02.2011

oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/18/2010
dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie: W dniu 14.02.2010 Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ**:** „System radiologiczny PACS/RIS powinien posiadać Certyfikat CE dla wyrobu medycznego w minimum klasie IIa". Czy Zamawiający ograniczy ten wymóg do postaci „Serwer archiwizacji PACS powinien posiadać Certyfikat CE dla wyrobu medycznego w minimum klasie IIa? Zgodnie z zapisami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r certyfikacja oprogramowania RIS w klasie IIa nie ma uzasadnienia w obowiązującym prawie.
Odpowiedź: W dniu 14.02.2010 Zamawiający udzielił wyjaśnień SIWZ, a nie dokonał modyfikacji SIWZ.
Zamawiający wyjaśnia, że „System radiologiczny PACS powinien posiadać certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r."

Podpisał: Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk