



Parczew, dnia 21.06.2011

Sekcja Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/5/2011

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizeliny**

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1: Dotyczy Zadania nr 3 poz. 24

Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul z systemem aplikacji „ramka”, z wycięciem „V” na port pionowy, częścią wzmocnioną włókniną, 2x taśma włókninowa samoprzylepna do mocowania kaniuli i 1x taśma do opisu opatrunku o rozmiarze 7x8,5cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 7x8,5cm, pozostałe parametry wg. opisu siwz.

Pytanie 2. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń o następującym składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 90 x 120cm.

2 warstwowa, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica o wym. 70 x 120cm

Wykonana z włókniny z podwójnie wymiętym brzegiem

1 x Serweta urologiczno – ginek o wym. 75 x 200cm

2 warstwowa z otworem w kształcie rombu o wym. 8 x 12cm, długość boku rombu 7cm, w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie półkola o promieniu 15cm Gramatura serwety 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

4 x Ręcznik do rąk 30 x 30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowanie typu TYVEC.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń o następującym składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x serweta o wym. 200 x 320cm

Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm, usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm

1 x taśma przyklepna o wym. 10 x 50cm

4 x ręczniki do rąk o wym. 30x30cm

każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw do obłożenia o następującym składzie:

a) 1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

b) 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

c) 1 x serweta o wym. 200 x 320cm

Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm, usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

d) 1 x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm

e) 1 x taśma przyklepna o wym. 10 x 50cm

f) 4 x ręczniki do rąk o wym. 30x30cm

każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

Pytanie 4. Dotyczy Zadanie nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu, w rozmiarze 150cm x 190cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk