



Parczew, dnia 23.01.2012

Sekcja Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/5/2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych

### **Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

**Dnia 23.01.2012r. w SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 1) Sterylizator przelotowy parowy Lp. 38) Zamawiający wykreśla cały punkt.**

**Dnia 23.01.2012r. w SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 2) Sterylizator przelotowy parowy Lp. 38) Zamawiający wykreśla cały punkt.**

**W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 1) Sterylizator przelotowy parowy Lp. 17) było:**

„sterylizator wyposażony w system załadowniczy i wyładowniczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości. Kosz duży wykonany ze stali nierdzewnej: wymiary w mm: dł. 585 x szer. 395 x wys. 195”

**Dnia 23.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 1) Sterylizator przelotowy parowy Lp.17) nowe brzmienie:**

„sterylizator wyposażony w system załadowniczy i wyładowniczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości. Kosz duży wykonany ze stali nierdzewnej: wymiary w mm: dł. 585 x szer. 395 x wys. 195 w ilości 2 sztuki.

**W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 2) Sterylizator przelotowy parowy Lp. 17) było:**

„sterylizator wyposażony w system załadowniczy i wyładowniczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości. Kosz duży wykonany ze stali nierdzewnej: wymiary w mm: dł. 585 x szer. 395 x wys. 195”

**Dnia 23.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 2) Sterylizator przelotowy parowy Lp.17) nowe brzmienie:**

„sterylizator wyposażony w system załadowniczy i wyładowniczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości. Kosz duży wykonany ze stali nierdzewnej: wymiary w mm: dł. 585 x szer. 395 x wys. 195 w ilości 6 sztuk.

Podpisał:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk