



Parczew, dnia 23.01.2012

Sekcja Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/7/2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych

### **Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Dotyczy Parametry techniczne urządzeń pozycja 1. STERYLIZATOR PRZELOTOWY PAROWY (2 szt.)

#### **Pytanie 1** *Pojemność komory sterylizacyjnej*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie którego pojemność komory sterylizacyjnej wynosi minimum 2 jednostki wsadu zgodnie z PN EN 285 (600x300x300 mm) jednocześnie spełniające punkt 3 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 2** *Ładowność komory w standardowych jednostkach wsadu (300 X 300 X 600 mm).* Czy

Zamawiający dopuści urządzenie którego pojemność komory sterylizacyjnej wynosi minimum 2 jednostki wsadu zgodnie z PN EN 285 (600x300x300 mm) jednocześnie spełniające punkt 3 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie 3** *Docisk uszczelki drzwiowej ta pomocą pary nasyconej*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym docisk uszczelki drzwiowej następuje za pomocą sprężonego powietrza co powala na wydłużenie żywotności uszczelki do 3500 cykli?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie 4** *Wydruk protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji z wbudowanej drukarki*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym na wbudowanej drukarce drukowany jest wydruk zapisujący wartości procesu w formie tekstowej oraz numerycznej?

**Odpowiedź:** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie 5** *Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej min 10"*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w panel dotykowy z ekranem minimum 5,5" po stronie załadowniczej?

**Odpowiedź:** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie 6** *Automatyczna archiwizacja raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 1 rok*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym archiwizacja parametru procesu następuje na zewnętrznym komputerze?

**Odpowiedź:** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Parametry techniczne urządzeń pozycja 1.STERYLIZATOR PRZELOTOWY PAROWY (Tabela 2)

**Pytanie 7** *Przesuwne poziomo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie*

Czy Zamawiający dopuści sterylizator w którym drzwi komory przesuwne są pionowo a wysokość załadunku komory nie przekracza 80 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8** *Docisk uszczelki drzwiowej za pomocą pary nasyconej*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym docisk uszczelki drzwiowej następuje za pomocą sprężonego powietrza co pozwala na wydłużenie żywotności uszczelki do 3500 cykli?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza żywotność uszczelki do 3500 cykli.

**Pytanie 9** *Wydruk protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji z wbudowanej drukarki*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym na wbudowanej drukarce drukowany jest wydruk zapisujący wartości procesu w formie tekstowej oraz numerycznej?

**Odpowiedź:** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 10** *Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej min 10".*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w panel dotykowy z ekranem minimum 5,5" po stronie załadowniczej?

**Odpowiedź:** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 11** *Automatyczna archiwizacja raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 1 rok*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym archiwizacja parametrów procesu następuje na zewnętrznym komputerze?

**Odpowiedź:** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Parametry techniczne urządzeń pozycja 2. MYJNIA-DEZYNFEKATOR DO NARZĘDZI, CHIRURGICZNYCH I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO 1 szt

**Pytanie 12** *Wymiary gabarytowe bez szafki i z szafką (S x W x G)*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 900 mm i głębokości 700 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13** *Temperatura sterylizacji*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o temperaturze dezynfekcji regulowanej do **93** st.C oraz temperaturze suszenia do 110st.C ?

**Odpowiedź:** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Podpisał:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk