



Sekcja Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13

Parczew dnia 25.05.2012r.

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2012 (8)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do wideoendoskopii i myjni endoskopowej na dwa endoskopy oraz defibrylatora.

### **Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

#### Pytania dotyczące załącznika nr 2B – zestawienie parametrów technicznych – zadanie nr 2 – Defibrylator

##### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator pozwalający wyładowania z energią w zakresie 2-270J? Taki poziom energii jest w pełni wystarczający do wykonania skutecznej defibrylacji i jest zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczącymi zakresu energii defibrylacji dwufazowej? Aktualne wytyczne nie wymagają defibrylacji na poziomie 360J.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

##### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem pozwalającym na 4 godziny ciągłego monitorowania EKG lub 50 wyładowań z maksymalną energią (270J), co jest w pełni wystarczające do skutecznej defibrylacji i zapewnienia przenośności urządzenia? Dzięki optymalnej kombinacji tych parametrów defibrylator waży poniżej 5 kg.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

##### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z wyświetlaczem pozwalającym na jednoczesne wyświetlenie 2 krzywych dynamicznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

##### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z funkcją automatycznych autotestów bez udziału użytkownika przy każdorazowym uruchomieniu urządzenia, natomiast bez możliwości przeprowadzania przez defibrylator codziennego autotestu bez udziału użytkownika, bez włączania urządzenia? Wykonawca uważa te rozwiązania jako równoważne.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

##### Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ekranem 5,6", co jest w pełni wystarczające do czytelnego i przejrzystego wyświetlania wszystkich parametrów i zachowania najwyższego komfortu pracy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

##### Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z monitorowaniem rytmu serca w zakresie: 25-300 ud/min.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza monitorowanie rytmu serca w zakresie: 25-300 ud/min.

##### Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością wydruku jednej krzywej EKG ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez wydzielonego przycisku rozładowania. Defibrylator wyposażony jest w bezpieczny system samodzielnego rozładowania po 30 sekundach bezczynności, lub po odłożeniu łyżek do odbudowy defibrylatora ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza defibrylator bez wydzielonego przycisku rozładowania.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia prądu stymulacji w zakresie 0 –140 mA, co jest w pełni wystarczające do zapewnienia skuteczne stymulacji ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytania dotyczące załącznika nr 2C – warunki gwarancji, serwis gwarancyjny

Pytanie 10 – dotyczy pkt. 6

Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy do 72 godzin ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

**Pytania dotyczące załącznika nr 5 – wzór umowy**

Pytanie 11 – dotyczy §5 ust. 4

Prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących terminu dostarczenia sprzętu zastępczego poprzez usunięcie zapisu: *“Za każdym razem gdy przewidziany czas naprawy sprzętu przekracza 48 godzin dostarczany jest sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany”*.

W dalszej części ustępu mowa jest o udostępnieniu Zamawiającemu sprzętu zastępczego w przypadku wydłużenia okresu naprawy ponad terminy 5 –12 dni.

**Odpowiedź** dotyczy §5 ust. 4:

Podczas trwania gwarancji Wykonawca umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę dostarczonego sprzętu naprawiając go w ciągu ..... (maks. 12) dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Za każdym razem gdy przewidziany czas naprawy sprzętu przekracza 48 godzin dostarczany jest sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany. Sytuacja ta, nie powoduje naliczania kar umownych.

Podpisał:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk