

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/14/2012 (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do wideoendoskopii i myjni endoskopowej na dwa endoskopy.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIA:

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Videokolonoskop, Videogastroskop, Procesor wizyjny, myjnia endoskopowa na dwa endoskopy, Punkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii faxem, emailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby (w godzinach - dotyczy sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) do 72 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Videokolonoskop, Videogastroskop, Procesor wizyjny, myjnia endoskopowa na dwa endoskopy, Punkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby, w okresie gwarancji, w celu wykonania naprawy sprzętu lub jego części, sprzęt endoskopowy (za wyjątkiem myjni) był wysyłany przez Zamawiającego do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Videokolonoskop, Videogastroskop, Procesor wizyjny, myjnia endoskopowa na dwa endoskopy, Punkt 8 oraz wzoru umowy § 5 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„ Wykonawca, w okresie gwarancji, w przypadku 3 napraw gwarancyjnych tego samego istotnego podzespołu (elementu), zobowiązuje się do wymiany owego podzespołu (elementu) na nowy, wolny od wad”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Videokolonoskop, Videogastroskop, Procesor wizyjny, myjnia endoskopowa na dwa endoskopy, Punkt 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie wynosił 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Videokolonoskop, Videogastroskop, Procesor wizyjny, myjnia endoskopowa na dwa endoskopy, Punkt 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni dostęp do części zamiennych po okresie gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wskazanego paragrafu dwóch dodatkowych ustępów o następującej treści:

„ Do momentu uregulowania całej należności sprzęt pozostaje własnością Wykonawcy”

Oraz

„ W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od daty wymagalności którejkolwiek z rat cała należność staje się niezwłocznie wymagalna”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„ Podczas trwania gwarancji Wykonawca umożliwi normalną , zgodną z warunkami technicznymi pracę dostarczonego sprzętu naprawiając go w ciągu 12 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy).

Za każdym razem gdy przewidziany czas naprawy sprzętu przekracza 5 dni roboczych dostarczany jest sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„ Każda naprawa gwarancyjna, trwająca powyżej 7 dni roboczych, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wynikający z przestoju sprzętu medycznego związany z naprawą lub wymianą uszkodzonego podzespołu lub jego części”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„ W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić o przeprowadzenie ekspertyzy przez inny, autoryzowany serwis producenta urządzenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 oraz 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz ze 100 zł na 50zł?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 11

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4, 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie został wszczęty proces likwidacji, nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe (prawo nie przewiduje możliwości upadłości sp zoz), ponadto nie prowadzona jest procedura przekształcenia w spółkę prawa handlowego

Pytanie 13

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych:

Prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów:

p. 39.1 oraz 40.2:

Prosimy o dopuszczenie złącza typu RGB.

Zamawiający wymaga videoendoskopów oraz procesora wizyjnego pracujących w systemie standardowej rozdzielczości, a złącze typu DVI-D jest dedykowane m.in. do obrazowania HD. W związku z tym wyposażenie procesora wizyjnego w złącze RGB lub DVI-D nie będzie miało wpływu na jakość obrazowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga, obrazu o rozdzielczości nie mniejszej 1024x768p.

p. 37:

Menu obsługi sprzętu w języku polskim lub angielskim z intuicyjnym graficznym panelem sterującym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w języku polskim lub angielskim.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane endoskopy mogły być myte i dezynfekowane w środkach chemicznych różnych typów i producentów bez utraty gwarancji.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15

Wideokolonoskop

Dot. Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wideokolonoskopu o najbardziej popularnej długości 1520mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość roboczą 1520mm.

Pytanie 16

Dot. Pkt . 10

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym sterowanie pompą irygacyjną odbywać się będzie za pomocą przycisku nożnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterowanie pompą irygacyjną za pomocą przycisku nożnego.

Pytanie 17

Wideogastroskop

Dot. Pkt 21

Czy zamawiający dopuści wideogastroskop o długości max 1100mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wideogastroskop o długości max 1100mm.

Pytanie 18

Dot. Pkt 25

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym sterowanie pompą irygacyjną odbywać się będzie za pomocą przycisku nożnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterowanie pompą irygacyjną za pomocą przycisku nożnego.

Pytanie 19

Myjnia endoskopowa

Dot.pkt. 50.c

Czy zamawiający dopuści myjnię z opisem przycisków w języku polskim i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym informującym o fazie cyklu w języku Angielskim, ze szczegółową instrukcją i szkoleniem w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjnię z opisem przycisków w języku polskim i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym informującym o fazie cyklu w języku Angielskim, ze szczegółową instrukcją i szkoleniem w języku polskim.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk