



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew ul. Kościelna 136 tel. (083) 355-21-02 fax.
83 355-21-00 www.spzozparczew.pl e-mail: sekrspzozparczew@wp.pl



Parczew, dnia 27.07.2012 r.

Sekcja Zamówień Publicznych
Fax: 83/ 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/14/11/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do wideoendoskopii i myjni endoskopowej na dwa endoskopy.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty; terminie, po którym umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość zł netto zadania	Wartość zł brutto zadania
1	Endo Elektronik Sp. z o.o. ul. Kolejowa 11 B 05-805 Kanie Fax 22 758 50 96	193 700,00	209 646,00
2	Varimed Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 5 53-332 Wrocław Fax 65 520 99 78	189 300,00	205 509,00

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena 100%

Zamawiający wybrał ofertę nr 1 Endo Elektronik Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11 B, 05-805 Kanie

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oferta nr 2:

Varimed Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający w Załączniku Nr 2 do siwz „Zestawienie parametrów technicznych” w rozdz. V pkt 50e) wymagał dezynfekcji chemiczno-termicznej w systemie zamkniętym, jednakże w instrukcji obsługi MERIT - 9000 automatyczna myjnia endoskopowa (informacja dostępna w internecie) nie wynika aby myjnia endoskopowa Merit 9000 charakteryzowała się tą ww. funkcjonalnością.

W myjni tej proces dezynfekcji chemicznej przebiega (odbywa się) w temperaturze otoczenia czyli w temperaturze pokojowej.

Zamawiający wymagał spełnienia przez urządzenie dezynfekcji chemiczno-termicznej. Dezynfekcja ta powinna dawać możliwość wykorzystania w tym procesie środków chemicznych, których użycie wymaga podgrzania do określonej temperatury wyższej niż temperatura otoczenia tj. skojarzone działanie ciepła i środków chemicznych.

Dodatkowo należy wskazać, iż brak tej funkcjonalności w urządzeniu Merit 9000, został potwierdzony w wyroku z dnia 20 lipca 2007r Sygn. akt UZP/ZO/0-861/07. W stanie faktycznym sprawy rozpatrywanej przez Zespół Arbitrów Zamawiający również wymagał urządzenia o funkcjonalności dezynfekcji chemiczno-termicznej, nie podając żadnych dodatkowych wymogów jak np. parametr temperatury czy też możliwość środka dezynfekcyjnego

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż myjnia endoskopowa Merit 9000 nie spełnia postawionego w treści SIWZ przez Zamawiającego parametru dotyczącego możliwości wykonywania dezynfekcji chemiczno-termicznej. W tak niskich temperaturach, jak temperatura otoczenia nie giną drobnoustroje, wirusy, a uzyskana temperatura w procesie dezynfekcji musi te drobnoustroje zniszczyć.

Wymagana przez Zamawiającego dezynfekcja chemiczno-termiczna ma za zadanie skrócić czas dezynfekcji wysokiego poziomu oraz zwiększyć skuteczność działania środków dezynfekcyjnych na drobnoustroje.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk