



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136 tel. (083) 355-21-02 fax. 83 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekrspzozparczew@wp.pl



Parczew, dnia 14.11.2012 r.

Sekcja Zamówień Publicznych

Fax: 83/ 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/19/2012 (3)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora parametrów krytycznych

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i terminie, po którym umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość zł netto	Wartość zł brutto
1	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B 01-531 Warszawa	34 000,00	36 720,00
2	BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5 20-277 Lublin	37 000,00	39 960,00

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena 100%

Zamawiający wybrał ofertę nr 1: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

oferta nr 2: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin.

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający w Załączniku Nr 2 do siwz Zestawienie parametrów technicznych w pkt. 2 w Parametrach granicznych wymagał „Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary”. Wykonawca w ofercie z dnia 23.10.2012r. w załączniku Nr 2 w poz. 2 podał zamiast wymaganego „Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary” parametr „Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glu,SO2, Hct”.

Jednocześnie nie ma w ofercie wymaganego parametru „Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary”. Oferta zostaje odrzucona ponieważ nie zawiera wszystkich wymaganych parametrów określonych w siwz.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk