



Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355-21-13

Parczew, dn. 29.11.2012r.

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/22/2012 (4)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1

Zadanie 4, pozycja 6-11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner wykonany z viscoelastycznego polimeru, pokrytego błoną termoplastycznego poliuretanu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Zadanie 6, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania CH 24 o długości 210cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Zadanie 4, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zadanie nr 4 zawiera tylko 17 pozycji a nie 44.

Pytanie 5

Zadanie 6. pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o średnicy zewnętrznej 6mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Zadanie 6, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści dren do podawania tlenu o średnicy zewnętrznej 10mm oraz średnicy wewnętrznej 7mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dren do podawania tlenu (śred.zewn10mm/ śr.wewn.7mm). Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 7

Zadanie 6, pozycja 46, 64, 65

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Zadanie 6, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z PCV?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Zadanie 6, pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści kanwę Yankauer z drenem o średnicy wewnętrznej 5,6mm oraz zewnętrznej 8mm, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Zadanie 6, pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści łącznik o średnicy zewnętrznej 7mm na jednym końcu oraz 10mm na drugim?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Zadanie 6, pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści łącznik o średnicy zewnętrznej 7mm na jednym końcu oraz 8mm na drugim?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Zadanie 6, pozycja 64-65

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe w kolorze niebieskim, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Zadanie 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę Touchy w rozmiarze 18G/9cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza igłę do znieczuleń zewnątrzoponowych Touchy w rozmiarze 18G/9cm?

Pytanie 14

Zadanie 8, pozycja 9-14

Czy Zamawiający oczekuje kaniul z dodatkowym bocznym otworem w igle umożliwiającym szybszą identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje kaniul zgodnych z opisem SIWZ.

Pytanie 15

Zadanie 8, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1x32mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kaniule w rozmiarze 1,1x32mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 16

Zadanie 8, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści kaniule 0,9x25mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kaniule w rozmiarze 0,9x25mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 17

Zadanie 8, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteriynym 0,1µm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Zadanie 9, pozycja 1, 6-7

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek 3częściowych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza strzykawki trzy i dwu częściowe. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 19

Zadanie 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a'50sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniach a'50sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 20

Zadanie 14, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x20, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza papier Mitsubishi K65 HM w rozmiarze 110mm x 20m.

Pytanie 21

Zadanie 17, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe pakowane po 200szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Zadanie 18, pozycja 1, 23, 24, 25, 27, 29, 35, 36

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Zadanie 18, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową w rozmiarze 5?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rurkę ustno-gardłową typu Guedel w rozmiarze 5.

Pytanie 24

Zadanie 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G 0,5x90mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G 0,5x90mm.

Pytanie 25

Zadanie 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G 0,45x90mm z prowadnicą?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G 0,45x90mm z prowadnicą.

Pytanie 26

Zadanie 21, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G 0,4x90mm z prowadnicą?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G 0,4x90mm z prowadnicą.

Pytanie 27

Zadanie 21, pozycja 4-9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

Zadanie 21, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji 6F/20cm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 29

Zadanie 21, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw 8F/20cm z kanałami 14G/16G?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 30

Zadanie 21, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą 16G/9cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą 16G/9cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 31

Zadanie 21, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą 18G/9cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą 18G/9cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 32

Zadanie 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć mostka 18Gx43mm z regulacją 5-30?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 33

Zadanie 25, pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby port bezigłowy pokryty był srebrem.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łącznika (port) bezigłowy sterylny, do zabezpieczenia wkłuć dożylnych z łącznikiem, bez srebra.

Pytanie 34

Zadanie 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a'75sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wskazał w rozdz. III pkt 5 SIWZ sposób przeliczenia ogólnej ilości opakowań lub sztuk przedmiotu zamówienia.

Pytanie 35

Zadanie 27, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści szynę w rozmiarze 500*70?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza szynę Kramer w rozmiarze 500x70

Pytanie 36

Zadanie 28, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne niesterylne?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Zadanie 28, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych z polem do opisu 6x1,8cm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Zadanie 28, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści pałeczki do wymazów w rozmiarze 150x2mm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Dotyczy zadania nr 14 pozycja 2,3

Prosimy Zamawiającego o podanie pełnego rozmiaru papieru z pozycji 2,3

Odpowiedź

Dot. pozycji nr 2 Papier do EKG do aparatu Cardiovit AT-6 rozm. 145mm x 100mm

Dot. pozycji nr 3. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, która nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu "izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

pakiet 6, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści balon 3-5ml ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

pakiet 6, poz. 46, 60, 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie bardzo konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

pakiet 8, poz. 9-14

Czy Zamawiający dopuści kaniule, które wykonane są z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwą producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowane EO?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48

pakiet 8, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kaniule 16G 1,7x50 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kaniule 16G 1,7 x 50mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 49

pakiet 8, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G 1,1x33 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kaniule 20G 1,1x33 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 50

pakiet 8, poz. 17-18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie bardzo konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 51

pakiet 15, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz o pojemności 150 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza utrwalacz cytologiczny o pojemności 150ml (250-300 dawek)

Pytanie 52

pakiet 16, poz. 3-4

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały komorę kroplową wykonaną bez PVC?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

pakiet 18, poz. 1, 35-36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie bardzo konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 54

pakiet 27, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nożyki niejałowe?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

pakiet 27, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści worki sterylne?

Odpowiedź

Zadanie 27 pozycja 15 dotyczy wieszaków do worka na zbiórkę moczu.

Pytanie 56

dot. wzoru umowy

Jaką minimalną ilość przedmiotu umowy zamawiający na pewno zrealizuje?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i wzorem umowy

Pytanie 57

dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby w §7 prawo do odstąpienia/rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58

dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk