



Parczew, dnia 06.07.2012

Sekcja Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/15/2012 (4)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy” punkt 17

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania uszczelnianie drzwi komory realizowane przy użyciu uszczelki nie wymagającej docisku parą wodną, tym samym nie wymagającej smarowania, z zachowaniem wytrzymałości uszczelki powyżej 3 000 cykli?

Uzasadnienie:

Zaoferowane rozwiązanie jest równoznaczne z wymaganym przez Zamawiającego, gwarantując pewność oraz bezpieczeństwo przeprowadzonego procesu. Dodatkową zaletą zaoferowanego rozwiązania jest brak konieczności smarowania uszczelki, znacznie zmniejszający koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uszczelnianie drzwi komory realizowane przy użyciu uszczelki nie wymagającej docisku parą wodną, tym samym nie wymagającej smarowania, z zachowaniem wytrzymałości uszczelki powyżej 3 000 cykli.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk