



Parczew, dnia 04.04.2012

Sekcja Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/8/2/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych

### **Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **Dotyczy parametrów technicznych urządzeń Załącznika Nr 8. Sterylizator przelotowy parowy**

*Odpowiedź do pytania nr 1: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.*

*Odpowiedź do pytania nr 2: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.*

*Odpowiedź do pytania nr 3: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia*

*Odpowiedź do pytania nr 4: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia*

*Odpowiedź do pytania nr 5: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia*

*Odpowiedź do pytania nr 6: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia*

*Odpowiedź do pytania nr 7: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia*

*Odpowiedź do pytania nr 8: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia*

*Odpowiedź do pytania nr 9: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia*

*Odpowiedź do pytania nr 10: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia*

*Odpowiedź do pytania nr 11: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia*

#### **Dotyczy parametry techniczne urządzeń pozycja 2 Załącznika Nr 8 MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO (1szt.)**

*Odpowiedź do pytania nr 12: Zamawiający dopuszcza o szerokości 900 mm i głębokości 700 mm.*

*Odpowiedź do pytania nr 13: Zamawiający w ppkt.11) w opisie nie zawiera temperatury sterylizacji.*

*Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia*

#### **Dotyczy parametry techniczne urządzeń pozycja 2 Załącznika Nr 8 MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO MYCIA WÓZKÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (1 szt.)**

*Odpowiedź do pytania nr 14: Zamawiający w parametrach technicznych nie określał wydajności mycia.*

*Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia*

Podpisał:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk