



Parczew, dnia 27.03.2013r.

Dział Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/2013 (2)

Dotyczy: dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli  
oraz zbiornika na ciekły tlen medyczny

### Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

#### Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający stworzy oddzielny pakiet dla pozycji nr 4 „**Mieszanina tlenu medycznego i podtlenu azotu 50% /50 w butlach 10 l ( 2.8 m3) „** i związanej z nią pozycji dzierżawy butli?

Podstawa złożenia Zapytania:

Dokładna analiza opisu przedmiotu zamówienia sprawia, że nie można oprzeć się wrażeniu, że opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny wskazuje na jednego wykonawcę jakim jest Linde Gaz Polska Sp. z o.o. i obecnie uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.

Obecny przedmiot zamówienia stanowi jawne naruszenie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż ogranicza konkurencję i preferuje wyłącznie jednego beneficjenta zamówienia. jedynym dystrybutorem na terenie RP spełniającym zapisy SIWZ jak przywoływanej mieszanki podtlenu azotu i tlenu jest Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Komentarz do Ustawy PZP pod. red. T. Czajkowskiego (Wyd. UZP, W-wa s.112) w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości w zakresie interpretacji zajmuje jednoznaczne stanowisko, stwierdzając, że „...4. Zakaz, o którym mowa w pkt a (art. 29 ust. 1 i 2) zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne...”

Z całkowitą pewnością możemy stwierdzić, że ograniczenie możliwości składania korzystnych dla Zamawiającego ofert narusza również bezpośrednio art. 3 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16.04.1993 (Dz. U. z 08.06.1993 Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji gdyż wypełniony został katalog przesłanki jaką jest „...rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie klientów...”.

Ponadto pragniemy zwrócić w tym momencie uwagę na fakt, że utrudnianie uczciwej konkurencji dotyczy działań Zamawiającego, a naruszenie przepisów powołanej ustawy w konsekwencji może być przyczyną unieważnienia postępowania lub ewentualnej umowy zawartej w kolizji z przepisami Ustawy PZP.

Naturalnie, zmiana zapisu w formularzu cenowym wyodrębnienie Entonoxu oferowanych przez Linde Gaz Polska Sp. z o. o., pozwoli Szpitalowi na dopuszczenie większej liczby Wykonawców do postępowania, a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności oraz związane z tym zaoszczędzenie środków.

Mając na względzie przedstawione argumenty wnoszę jak na wstępie.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja SIWZ SPZOZ.V.ZP-3520/7/2013 (1) z dnia 27.03.2013r.

Podpisał

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie  
mgr Janusz Hordejuk