



Parczew, dnia 03.04.2013r.

Dział Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/2013 (4)

Dotyczy: dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli  
oraz zbiornika na ciekły tlen medyczny

### Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

#### Dotyczy: SIWZ

##### Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o stworzenie jednego wspólnego pakietu dla asortymentu z pakietu nr 1 i pakietu nr 2 w związku z faktem, iż przy obecnym podziale na pakiety istnieje potencjalna możliwość „wymieszania” się w instalacji gazowej tlenu medycznego ciekłego dostarczanego przez innego Wykonawcę niż tego, który będzie dostawcą tlenu medycznego w butlach.

Czy zamawiający ma świadomość iż taka sytuacja stworzy potencjalne zagrożenie, iż w przypadku niewłaściwej jakości tlenu medycznego nie będzie możliwe ustalenie kto ma wziąć na siebie odpowiedzialność za zaistniałą sytuację? W przypadku stworzenia jednego pakietu Zamawiający wyeliminuje powyższe zagrożenie gdyż odpowiedzialność za jakość gazów będzie ponosił jeden Wykonawca.

##### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

##### Pytanie 2.

W przypadku utrzymania przez Zamawiającego podziału na obecne pakiety, prosimy o wskazanie który z podmiotów ma wziąć na siebie odpowiedzialność za tlen medyczny dostarczony bezpośrednio do pacjenta, który został wymieszany w instalacji tlenu medycznego i pochodził od dwóch różnych Wykonawców?

##### Odpowiedź:

Obiekty SPZOZ Parczew wyposażone w instalację gazową tlenu medycznego zasilane są wyłącznie z zasobów zbiornika na tlen ciekły. Natomiast w obiekcie niewyposażonym w instalację gazów – tlenu medycznego, dystrybucja tlenu odbywa się za pomocą butli. W związku z powyższym wykluczona jest możliwość wymieszania tlenu ciekłego z tlenem butlowym.

##### Pytanie 3.

Prosimy o wyodrębnienie w obecnym pakiecie nr 3 pozycji :

- a) Dzierżawa butli do Mieszanki 50% tlenu O<sub>2</sub> i 50% podtlenku azotu N<sub>2</sub>O - butla pojemność 10 l, 2.8 m<sup>3</sup> /Dinitrogeniu oxidum + Oxygenium/
- b) Transport butli

##### Odpowiedź:

- a) Modyfikacja SIWZ z dnia 03.04.2013r. Pismo SPZOZ.V.ZP-7/2013 (3)
- b) Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

##### Pytanie 4.

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone butle z mieszaniną gazów nitrus oxide 50% + oxygen 50% posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli z mieszaniną gazów 50% tlenu O<sub>2</sub> i 50% podtlenku azotu N<sub>2</sub>O, które posiadają zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny.

**Pytanie 5.**

Czy zamawiający wymaga aby butlę z mieszaniną gazów nitrus oxide 50% + oxygen 50% można było podłączyć do zaworu dozującego wyposażonego w system szybkiego łączenia typ AGA (Nordic)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli z mieszaniną gazów 50% tlenu O<sub>2</sub> i 50% podtlenku azotu N<sub>2</sub>O, które można podłączyć do zaworu dozującego wyposażonego w system szybkiego łączenia typ AGA (Nordic).

**Dotyczy: wzoru umowy**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę poszczególnych zapisów umowy na poniższe.

**Pytanie 6.****§ 1. pkt 2**

2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia środkiem transportu, na własny koszt i staraniem od poniedziałku do piątku do Zamawiającego zgodnie z bieżącymi zamówieniami (telefonicznymi lub pisemnymi) w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania danego zamówienia

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7.****§ 2. pkt 4**

4. Ceny netto przedstawione w formularzu cenowym nie wzrosną przez okres obowiązywania umowy. Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą przedmiotu umowy do siedziby (magazynu tlenu) Zamawiającego, w tym koszty rozładunku ubezpieczenia, opakowania oraz podatku VAT. W przypadku zmiany stawki (stawek) podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki). Zmiana ceny w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8.****§ 3. pkt 1**

1. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury za daną dostawę, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3. Data wystawienia faktury za daną dostawę nie może być wcześniejsza niż dzień realizacji tej dostawy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 9.****§ 4. pkt 1, 2**

1. Zamawiający winien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w ciągu 2 dni roboczych od chwili uznania danej reklamacji ilościowej za zasadną.

2. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji w przypadku wystąpienia wad jakościowych. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach w formie pisemnej z uzasadnieniem. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi wymiana towaru na wolny od wad w terminie kolejnych 2 dni roboczych od uznania danej reklamacji jakościowej za zasadną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10.**

**§ 7 pkt 1abc**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w przypadku:

- a) powtarzających się, nieuzasadnionych i zawinionych przez Wykonawcę nieterminowych realizacji dostaw,
- b) nieuzasadnioną odmowę realizacji przedmiotu umowy według cen w niej określonych,
- c) powtarzających się uzasadnionych reklamacji ilościowych i jakościowych towarów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11.**

**§ 11. pkt 2,3**

2. Czynsz dzierżawny netto nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy.

3. Strony ustalają, że czynsz, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie z dołu, przelewem na konto wskazane na fakturze na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatności 30 dni od daty jej wystawienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 12.**

**§ 17.**

Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie zapisu umowy :

**§ 9.pkt 1a**

- a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie  
mgr Janusz Hordejuk