



Parczew, 03.02.2014 r.

Dział Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13  
[zaopspzozparczew@wp.pl](mailto:zaopspzozparczew@wp.pl)

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/2/2014(1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego służącego do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów SPZOZ w Parczewie

### **Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **Pytanie 1. Dotyczy SIWZ Rozdział III.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia objętego postępowaniem do 30 dni od daty podpisania umowy? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, a proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 2. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny do ćwiczeń z regulacją wysokości w zakresie 60-88cm co jest wystarczającym zakresem dla ułatwienia pracy rehabilitantów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zakres regulacji wysokości stołu rehabilitacyjnego w zakresie: dolna granica – 46cm-60cm, górna - 85cm-103cm.

#### **Pytanie 3. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny, którego leże podzielone jest na 4 segmenty + zagłówek z opuszczanymi podłokietnikami? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze gdyż umożliwi dodatkowo regulację części nożnej, co ze względu na rehabilitację jest bardzo przydatne.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny, którego leże podzielone jest na 4 segmenty + zagłówek z opuszczanymi podłokietnikami.

#### **Pytanie 4. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny z regulacją zagłówka w zakresie -60° do +45°? Parametr ujemny minimalnie odbiega od wymaganego ale jest wystarczający i nie ma potrzeby żeby zagłówek był regulowany w większym zakresie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny z regulacją zagłówka w zakresie: -60° do +45°.



**Pytanie 5. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny o udźwigu 150kg? Podana waga jest wystarczająca.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny o udźwigu maksymalnym stołu min. 150kg -200kg.

**Pytanie 6. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny z tapicerką o odporności ściernia na poziomie 25 000 cykli? Oferowany parametr jest bardzo wysoki i nie odnosi się do zwykłego czyszczenia tapicerki.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny z tapicerką o odporności ściernia min. 25 000 cykli.

**Pytanie 7. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający regulację wysokości w zakresie 460 – 850 mm? Oferowany dolny zakres (460 mm) jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego, natomiast górny (850 mm) będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania ze stołów

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zakres regulacji wysokości stołu rehabilitacyjnego w zakresie: dolna granica – 46cm-60cm, górna - 85cm-103cm.

**Pytanie 8. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny wyposażony w stopki zabezpieczające przed przesunięciem oraz dwa kółka ułatwiające przemieszczanie stołu? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania ze stołów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający leże 2-częściowe, segment oparcia pleców (zagłówek) z możliwością regulacji, z otworem oddechowym oraz uchwytem na rącznik jednorazowy? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania ze stołów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 10. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający zagłówek regulowany w zakresie od -30° do +85°? Oferowany zakres będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania ze stołów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 11. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**


Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny wyposażony w regulowane podłokietniki z możliwością odejmowania? Oferowane rozwiązanie będzie równie praktyczne jak wskazane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający długość leża 1930 mm i szerokość leża 610 mm? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od wskazanych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.



**Pytanie 13. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający udźwig maksymalny 160 kg? Oferowany parametr będzie wystarczający podczas codziennego korzystania ze stołów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny o udźwigu maksymalnym stołu min. 150kg-200kg.

**Pytanie 14. Dotyczy SIWZ Rozdział III**

Czy dla Zadania nr 3 - Stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia w terminie do 42 dni licząc od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do przetargu stół rehabilitacyjny 3 częściowy o następujących parametrach:

Stoły rehabilitacyjne 3 częściowe znajdują, zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w pracowniach kinezyterapii. Stoły trzyczęściowe produkowane przez KINESIS, charakteryzują się stabilną konstrukcją stalową wyposażoną w łamanie PIVOTA regulowane ręcznie za pomocą korby. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz, regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej.

Ten rodzaj stołu jego solidne wykonanie, będzie pomocny przy wykonywaniu grawitacyjnego drenażu limfatycznego w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym.

Parametry techniczne:

- Długość: 203cm
- Wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 60-92cm
- Szerokość: 70cm
- Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie:  $-60^{\circ} + 45^{\circ}$
- Regulacja kąta łamania leżyska za pomocą korby:  $0^{\circ} + 25^{\circ}$
- Waga: 64kg
- Maksymalne obciążenie: 150kg

**Wyposażenie dodatkowe:**

\*system jezdny – cztery skrzętne koła jednorazowe


\*uchwyt na ręczniki

\*podłokietniki

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny 3 częściowy o następujących parametrach:

- Długość: 203cm
- Wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 60-92cm
- Szerokość: 70cm
- Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie:  $-60^{\circ} + 45^{\circ}$
- Regulacja kąta łamania leżyska za pomocą korby:  $0^{\circ} + 25^{\circ}$
- Waga: 64kg
- Maksymalne obciążenie: 150kg

**Pozostałe parametry wymienione w załączniku nr 2 Zadanie nr 3 zgodnie wymaganiami SIWZ.**



**Pytanie 16. Dotyczy Zadania nr 2 – fotel do ćwiczeń kończyn.**

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, która dotyczy obciążników.

Prosimy o sprecyzowanie czy opisane obciążniki będą służyć jako ciężarki montowane do fotela w celu zwiększenia lub zmniejszenia obciążenia czy jako obciążniki rzepowe na kończynę dolną lub górną .

Chcę nadmienić, że na wyposażeniu w standardzie fotele posiadają ciężarki 2x2,5 kg i 4x1,25 kg.

**Odpowiedź:** Obciążniki mają służyć jako ciężarki montowane do fotela. Zamawiający wymaga ilość i wagę ciężarków zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 17. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stoły z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy dostępnej z każdej części stołu w zakresie: 52-103cm z regulowanym zagłówkiem w zakresie: -70/+40° o udźwigu 150kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie: 52-103cm, z regulowanym zagłówkiem w zakresie: -70/+40°, o udźwigu 150kg.

Podpisał:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk