



Parczew, dnia 20.05.2014r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3541/3/2014 (1)

Dotyczy: o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na dostawę półautomatycznego defibrylatora (AED) oraz Aparatu EKG 12-odprowadzeniowego z drukarką.

Wyjaśnienie

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny dwufazowy defibrylator półautomatyczny firmy Philips o maksymalnej energii defibrylacji 150J, z komunikacją głosową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny dwufazowy defibrylator półautomatyczny firmy Philips z możliwością przechowywania:

- danych (zapisu EKG) maksimum 15 minut od zamocowania elektrod
- status FRx (cały epizod)
- decyzje kliniczne na bazie analizy rytmu serca (cały epizod)
- przebieg czasowy w trakcie zapisanych epizodów (cały epizod)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z pojemnością pamięci wewnętrznej 40 minut zapisu EKG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Podpisała

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
inż. Maria Gadomska