



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekrspzozparczew@wp.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Znak: SPZOZ.V.ZP-3520/5/2015
Dział Zamówień Publicznych
Fax (83) 355-21-13
zaopspzozparczew@wp.pl

Parczew, dn. 20.05.2015r.



Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/2015 (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, fartuchów chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych i jednorazowych pieluszek dla dzieci

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ z serwetą samoprzylepną o wymiarach 180x180cm (wymagania Zamawiającego 150-170 x 170-180cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania nr 19

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zestawu dwuwarstwowego z dodatkowym wzmocnieniem w postaci łąty chłonnej na każdej z serwet operacyjnych? Zamawiający opisał bowiem zestaw „2w min. 55g/m2, posiadający wzmocnienie” nie wskazując o jakie wzmocnienie chodzi?

Odpowiedź:


Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Dotyczy zadania nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego w składzie:

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 4

Dotyczy zadania nr 1

Prosimy o wydzielenie poz. 3 z części 1 i utworzenie z niej osobnego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dotyczy zadania nr 19

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego zawierającego samoprzylepną serwetę w rozmiarze 175 x 175 cm zamiast 150-170 x 170 x 180 cm oraz taśmę samoprzylepną w rozmiarze 9 x 49 cm zamiast 5-10 x 50 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Oferowane przez nas obłożenia i fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dotyczy zadania nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar siatki 8 x 15 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 7

Dotyczy zadania nr 13, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm oraz długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dotyczy zadania nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o wymiarach 8 x 12 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar siatki o wymiarach 8 x 12 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 9

Dotyczy zadania nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o wymiarach 8 x 15 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar siatki o wymiarach 8 x 15 cm. Pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 10

Dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS (gramatura 35 g/m²), o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy > 32 cm H₂O; szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na

identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Fartuch zgodny

z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm, 170 cm oraz 150 Large dla operatorów o zwiększonych gabarytach. Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany

z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS (gramatura 35 g/m²), o właściwościach hydrofobowych, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej 42 g/m²

i na rękawach 40,5 g/m², – odporność na przenikanie cieczy odpowiednio >120 cm H₂O

z przodu fartucha(strefa krytyczna) i 180 cm H₂O na rękawach; szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu

w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym

opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm, 170 cm oraz 150 Large dla operatorów o zwiększonych gabarytach. Odporność na przenikanie alkoholi min. 8 (badane według WSP 080.8 lub IST 80.8). Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające:

nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch endoskopowy przeznaczony do operacji urologicznych generujących dużą ilość płynów. Fartuch powinien być wykonany z następujących materiałów:

- górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m²

- rękawy – nieprzemakalny (odporność na przenikanie cieczy 150 cm H₂O mierzona według PN EN 20811), chłonny laminat dwuwarstwowy (chłonna włóknina o gramaturze 28 g/m²) od wewnątrz oraz folia PE na zewnątrz). Łączenie w strefie krytycznej(min 3/4 rękawa) metodą ultradźwiękową lub klejoną.

- mankiety wykonane z poliestru, długość mankietów 8 cm (+/- 1 cm)
- pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej folii PE o grubości 50 mikronów (gramatura 48 g/m²)

Konstrukcja fartucha powinna umożliwić zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej. Fartuch, w przedniej części fartucha, powinien posiadać kontrafałdy, oraz zabezpieczać górną część pleców operującego. W tylnej części fartuch powinien posiadać zapięcie typu rzep, oraz dwa troki wykonane z folii PE o długości min. 60 cm.

Długość fartucha (mierzona od najwyższego punktu fartucha) 150 cm

Szerokość od pachy do pachy 70 cm

Fartuch powinien być dodatkowo zabezpieczony (owinięty) w papier krepowy

Fartuch nie powinien zawierać elementów wykonanych z lateksu

Pakowany razem z ręcznikiem do wycierania rąk – 1 szt.

Pakowany w opakowanie folia /papier. Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać dwie samoprzylepne naklejki służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające następujące informacje: numer ref., numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Dotyczy zadania nr 19

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony:

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Strefa krytyczna wyrobu posiada dodatkowe wzmocnienia o wysokiej absorpcji. Gramatura obszarów wzmocnionych 112,5g/m² (materiał podstawowy plus wzmocnienie), wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Skład zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

z taśmą samoprzylepną 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x250cm

z dzielonym taśmą samoprzylepną 15 + 70 + 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 15

Dotyczy zadania 16 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji gazę bawełnianą niejadalą 17 – nitkową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16

Dotyczy zadania 16 pozycja 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji kompresy gazowe jałowe 10cm x 20cm a'2szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 17

Dotyczy zadania 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch , który w części wzmocnionej posiada gramaturę 73-88g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 73-88g/m2 w części wzmocnionej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy zadania 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o określenie jaki rozmiar ma na myśli (S-XXL) ?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ z dnia 20.05.2015r. pismo SPZOZ.V.ZP-3520/5/2015 (1)

Pytanie nr 19

Dotyczy zadanie 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny włókninowy przedni zakładany przez głowę, a wiązany w części tylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy zadanie 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny włókninowy przedni, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 21

Dotyczy zadanie 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze min. 75cm / 120cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

Dotyczy zadania 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie :

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
- 4 ręczni 40 x 40

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 23

Dotyczy zadania 20 poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny dwuwarstwowy o gramaturze 60-75g/m2 o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm
- 2 ręczniki do rąk 30 cm x 40 cm
- 1 uchwyt typu Velcro
- 1 serweta ginekologiczna 200 cm x 250 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny oraz samoprzylepnym otworem 12 x 24cm i zbiornikiem na płyny wyposażony w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 24

Dotyczy zadania 20 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne z laminatu celulozowo-foliowego? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza prześcieradło nieprzemakalne z laminatu celulozowo-foliowego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 25

Dotyczy Zadania 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm
- 4 ręczniki do rak
- 1 serweta główna 160x300 z otworem wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 26

Dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 26 igłę o długości 45mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 27

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy: „Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy netto”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 28

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 29

Dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na wyłączenie z Części 13 pozycji 25-28 do osobnego pakietu ? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 30

Dotyczy zadania 8 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety o wym. 50x60cm z otworem przyklejanym śr. 7 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 31

Dotyczy zadania 8 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety o wym. 75x75cm z otworem przyklejanym 6x8 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 32

Dotyczy zadania 19 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o składzie nieznacznie różniącym się od wymaganego tj.

Zestaw uniwersalny min dwie warstwy min. 62g/m² posiadający wzmocnienie.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm – składano teleskopowo
- 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. **175x200cm**
- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm
- **1 dwukomorowa kieszka na instrumenty chirurgiczne 30x40cm**
- serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 33

Dotyczy zadania nr 21 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie nieznacznie różniącym się od wymaganego tj.

Zestaw do cesarskiego cięcia min dwie warstwy min. 62g/m²

Skład

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm - składano teleskopowo
- 1 serweta główna o min. wym. 250x300cm, ze zintegrowanymi nogawicami, przylepnym oknem otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm oraz 2. zaworami i kształtownikiem.
- 1 owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókny typu Spunlace o min. wym. 90x100cm
- taśma samoprzylepna 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- Serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 34

Dotyczy zadania nr 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókny typu SSMMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókny typu SSMMS. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy zadania 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne pakowane a'2sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwety operacyjne pakowane a'2sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

Dotyczy zadania nr 2, pozycja 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 37

Dotyczy zadanie nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1	Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową	1 szt.
2	Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm	1 szt.
3	Kompresy gazowe 13N 8W 7,5cmx7,5cm	5 szt.
4	Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem 5cm x 7,2cm	1 szt.
5	Strzykawka trzyczęściowa 3 ml Luer	1 szt.
6	Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer	1 szt.
7	Igła iniekcyjna (1,2 x 40)	1 szt.
8	Igła iniekcyjna (0,5 x 25)	1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 38

Dotyczy zadania nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy do wkłucia centralnego z serwetą 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw zabiegowy do wkłucia centralnego z serwetą 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

Dotyczy zadania nr 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści ligninę w arkuszach w opakowaniu papierowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 40

Dotyczy zadania nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy do mocowania kaniul z systemem aplikacji „ramka”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy zadania nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny pakowany a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podkład higieniczny pakowany a'25sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy zadania nr 15, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stół Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%.

1x serweta o wym. 200 x 320cm
Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwi dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm
Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m²
1x taśma przyklepna o wym. 10 x 50cm
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 44

Dotyczy zadania nr 12, pozycja 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 45

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 46

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 47

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 48

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej, z tnącym końcem wzmocnionej z nitką o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igłę okrągłą, z tnącym końcem wzmocnioną z nitką o długości 90cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez określenia „pogrubiona” z nitką po długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igłę bez określenia „pogrubiona” z nitką o długości 90cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm lub 48mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igłę okrągłą wzmocnioną. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 52

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej, z tnącym końcem ½ koła igła o długości 36mm z nitką o długości 90cm? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 53

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej ½ koła pogrubiona o długości 48mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 54

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nici o długości 90cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igłę okrągłą pogrubioną. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 56

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 57

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 58

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 25-28

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a'10 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igłę o długości 39mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 60

Dotyczy zadania nr 13, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły prostej odwrotnie tnącej o długości 60mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 61

Dotyczy zadania nr 1 Poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu? Taka modyfikacja podniesie konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 62

Dotyczy zadania nr 1 Poz. 2

Czy można zaoferować fartuch o gramaturze w części wzmocnionej 78g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze w części wzmocnionej 78g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 63

Dotyczy zadania nr 1 Poz. 3

Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny foliowanej wiązany z tyłu posiadający przód i tył w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 64

Dotyczy zadania nr 3 Poz. 6

Czy Zamawiający wymaga aby wata opatrunkowa posiadała w swoim składzie 70% bawełny i 30% wiskozy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza watę opatrunkową posiadającą w swoim składzie 70% bawełny i 30% wiskozy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 65

Dotyczy zadania nr 8 Poz. 4

Czy można zaoferować serwetę włókninową w rozmiarze 45 x 75 cm?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 66

Dotyczy zadania nr 8 Poz. 5

Czy można zaoferować serwetę z włókniny w rozmiarze 50 x 60 z otworem lepny o średnicy 7 cm?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 67

Dotyczy zadania nr 15 Poz. 1-4

Czy należy zaoferować siatkę elastyczną posiadającą w swoim składzie min 50% bawełny?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza siatkę elastyczną posiadającą w swoim składzie min 50% bawełny.

Pytanie nr 68

Dotyczy zadania nr 15 Poz. 5,6

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na opaski gipsowe pakowane a' 2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69

Dotyczy zadania nr 16 Poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga aby masa powierzchniowa gazy 17 N, z której wykonane są wyroby wynosiła min. 23 g/m2 oraz gazy 13 N wynosiła min. 17 g/m2 zgodnie z normą PN EN 14 079 oraz potwierdzenie tych parametrów kartami danych technicznych?


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70

Dotyczy zadania nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw uniwersalny o składzie:



Zestaw uniwersalny II

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna	150 x 240
1 samoprzylepna serweta operacyjna	200 x 175
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w parametrach.

Pytanie nr 71

Dotyczy zadania nr 20 Poz. 3

Czy można zaoferować zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2?

Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 72

Dotyczy zadania nr 20 Poz. 4,5

Prosimy o wydzielenie tych pozycji z całości pakietu. Taka modyfikacja podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 73

Dotyczy zadania nr 21 Poz. 1

Czy można zaferować zestaw z serwetą na stół narzędziowy w rozmiarze 190 x140 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą na stół narzędziowy w rozmiarze 190 x140 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk