



Parczew, 18.03.2016 r.



Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/2/2016 (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego **na dostawy produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobów medycznych**



Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.



Pytanie nr 1: dotyczy Zadania nr 4 poz. 204

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 poz. 204 produktu równoważnego w wygodnej ampułkostrzykawce z podziałką o pojemności 6ml (7g)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 4 poz. 204 zaoferowanie produktu równoważnego w ampułkostrzykawce z podziałką o pojemności 6ml (7g).

Pytanie nr 2: dotyczy Zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych o parametrach:

- ✓ pomiar z krwi kapilarnej,
- ✓ autokodowanie,
- ✓ kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi,
- ✓ metoda pomiaru biosensoryczna,
- ✓ zastosowany enzym GOD,
- ✓ możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię,
- ✓ paski, płyny oraz glukometr posiadają i spełniają normy ISO 15197:2013,
- ✓ o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy < 100 mg/dl i $\pm 15\%$ przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl,
- ✓ temperatura przechowywania pasków 4-30°C,
- ✓ temperatura wykonania pomiaru 10-40°C,
- ✓ ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl,
- ✓ zakres wyników 20-600 mg/dl,
- ✓ zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi,
- ✓ próbka krwi 0,5 mikrolitra,
- ✓ czas pomiaru 5 sekund,
- ✓ paski pakowane po 50 sztuk,
- ✓ zapewniamy możliwość kontroli na 3 zakresach płynów
- ✓ paski współpracujące z glukometrem: pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA,
- ✓ paski i płyny stabilne 3 miesiące po otwarciu



Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie ilości potrzebnych glukometrów, które oferujemy w cenie pasków.

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3: dotyczy Zadania nr 10 poz. 11, 12, 13

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 10 poz. 11, 12 i 13 (Metoprololi succinas tabl. przedł. uwal. 23,75; 47,5 i 95 mg x 28szt.) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4: dotyczy Zadania nr 1 poz. 54

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 54 (Bupivacaini hydrochloridum Roz. Do wstrzyk. 5mg/ml 4ml x 5amp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 5: dotyczy Zadania nr 4 poz. 75

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 4 poz. 75 (EsOmeprazolom prosz. do sp. roztw. d/wstrzyk, inf. 40 mg x 10 fiol.) wymaga, aby preparat esomeprazol proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Esomeprazolom inj.) posiadał zarejestrowane wskazanie u dzieci młodzieży w wieku od 1 do 18 lat do hamowania wydzielania żołądkowego, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich choroba refleksowa przełyku(GERD)u pacjentów z refleksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) ciężkimi objawami refluksu ?

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk