



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Parczew, 26.04.2016 r.



Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/2016 (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Aparatu do znieczuleń ogólnych dla SPZOZ w Parczewie.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1

Wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), par. 7 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny (Załącznik nr 6 do SIWZ), pkt. 3 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny (Załącznik nr 6 do SIWZ) Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 4

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 7: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia wyposażony w 3 gniazda elektryczne ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 11: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia, który może pracować na wbudowanym akumulatorze przez 90 minut ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 19: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia bez podgrzewanego układu oddechowego ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 24: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wysokiej klasy z pochłaniaczem dwutlenku węgla, o budowie przeziernej o pojemności 1370ml dla pochłaniacza wielorazowego i 1470ml dla pochłaniacza jednorazowego? Aparat posiada możliwość wymiany pochłaniacza wielorazowego na jednorazowy bez stosowania narzędzi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 26: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wysokiej klasy z cyfrowo sterowanymi zastawkami przepływu, co umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych lecz bez wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 32: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wysokiej klasy bez wentylacji w trybie SIMV ze wspomaganiem PS, natomiast z nowoczesną wentylacją w trybie SIMV VC i SIMV PC ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 34: Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem ciśnienia PEEP 4-30 cmH₂O ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 35: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wysokiej klasy z regulacją stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 48: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wysokiej klasy z zapisem ostatnich 12 najświeższych komunikatów o błędach i alarmach. Taka pamięć zdarzeń jest wystarczająca podczas prowadzenia znieczulenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 57: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wysokiej klasy z ekranem respiratora zamontowanym na ruchomym wysięgniku umożliwiającym optymalne ustawienie ekranu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 58: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wysokiej klasy z dostępnymi dwiema konfiguracjami rodzaju pacjenta: Dorosły oraz dziecko ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 59: Czy Zamawiający dopuści aparat bez trendów tabelarycznych Ppeak i Plateau ? Pozostałe trendy są zapisywane w postaci graficznej i tabelarycznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 74: Czy Zamawiający dopuści monitor z komunikacją z modułami za pomocą standardowego złącza ? Komunikacja za pomocą podczerwieni jest cechą charakterystyczną jednego producenta i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, nie wpływa jednak na jakość połączenia, jego żywotność czy szybkość działania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 75: Czy Zamawiający dopuści monitor o przekątnej 15 cali ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 80: Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji „full disclosure” ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 84: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „obliczenia nerkowe”?

Odpowiedź: Pod pojęciem „obliczenia nerkowe” Zamawiający rozumie możliwość wyświetlania na ekranie kalkulatora obliczeń podstawowych parametrów nerkowych.

Pytanie 20

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 87: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o funkcję małoinwazyjnego pomiaru rzutu serca PICCO zamiast nieinwazyjnego monitorowanie rzutu minutowego serca na podstawie analizy czasu pomiędzy załamkiem QRS a falą pulsu w kanale SpO2, które to rozwiązanie jest charakterystyczne dla jednego producenta i nie pozwala na złożenie konkurencyjnych ofert, co może przyczynić się do zwiększenia oferowanej ceny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 88: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem kardiomonitorów zainstalowanych na OIT?

Odpowiedź: Wykorzystanie danych z kardiomonitorów na oddziale OIT po przez możliwość przenoszenia modułów takich jak np.: PICCO(Mindray), SpO2, MPM – w celu przenoszenia danych pomiędzy monitorami.

Pytanie 22

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 96: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem regulacji automatycznego pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi w zakresie 1min-4h?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy zamawianego aparatu z 7 dni **do 6 tygodni**. Niniejsze zapytanie uzasadniamy okolicznością, iż zdecydowana większość dostaw tego rodzaju aparatury realizowana jest przy współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Termin dostaw uwzględniający znaczne odległości jak również procedury celne wymagają zabezpieczenia dłuższych terminów dostaw.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Podpisał:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk