



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Parczew, 10.06.2016 r.

Dział Zamówień Publicznych

fax (83) 355 21 13

zamowienia@spzozparczew.pl



Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016 (4)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawy materiałów opatrunkowych, szewnych, fartuchów chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych, pieluszek, podkładów, taśm do leczenia nietrzymania moczu**

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia



W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.



Pytanie nr 1: dotyczy Zadania nr 1 poz. 3

Proszę o wydzielenie pozycji 3 do osobnego zadania co zwiększy konkurencyjność przedmiotowego postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1

Proszę o zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 opatrunków jałowych włókninowych, samoprzylepnych, hipoalergicznym, elastycznych do mocowania kaniul w rozmiarze 6cm x 8cm x 50 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań na 200.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu nr 5 opatrunków jałowych włókninowych, samoprzylepnych, hipoalergicznym, elastycznych do mocowania kaniul w rozmiarze 6cm x 8cm x 50 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań na 200.

Pytanie nr 3: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5

Proszę o zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 8 pozycja 5 serwety z włókniny foliowanej 2-warstwowej jałowej 75 cm x 75 cm z otworem przyklejanym 6 cm x 8 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 3 proszę o wydzielenie pozycji 5 do osobnego zadania co zwiększy konkurencyjność przedmiotowego postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 5: dotyczy Zadania nr 16 poz. 4

Proszę o zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 16 pozycja 4 kompresów gazowych jałowych o brzegach składanych do wewnątrz, kl. IIa, 12 w. 17n. 10cm x 20cm x 3 szt z przeliczeniem ilości opakowań na 5000.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: dotyczy Zadania nr 16 poz. 4

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 5 proszę o wydzielenie pozycji 4 do osobnego zadania co zwiększy konkurencyjność przedmiotowego postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1

Proszę o zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego min dwie warstwy min. 55g/m² posiadającego wzmocnienie zawierającego samoprzylepną ser. oper. 150-175 x 170-200 cm, posiadającego dodatkowo 1 dwukomorową samoprzylepną kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1

Proszę o odstąpienie od wymogu teleskopowego złożenia osłony na stolik Mayo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1

Proszę o zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o następujących parametrach:

serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE, wzmocniona włókniną polipropylenową.
- 1 serweta główna o min. wym. 250x315cm, z przyklepnym oknem otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem,
- 1 owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace o min. wym. 90x100cm
- taśma samoprzylepna 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10: dotyczy Zadania nr 10 poz. 1

Proszę o odstąpienie od wymogu teleskopowego złożenia osłony na stolik Mayo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1

Czy można zaoferować opatrunki pakowane w opakowaniach a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunki pakowane w opakowaniach a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 12: dotyczy Zadania nr 8 poz. 4

Czy można zaoferować serwetę włókninową w rozmiarze 45 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety włókninowej w rozmiarze 45 x 75 cm.

Pytanie nr 13: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5

Czy można zaoferować serwetę z włókniny w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem lepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14: dotyczy Zadania nr 8 poz. 3,4,5

Czy Zamawiający wymaga aby serwety 2 warstwowe posiadały gramaturę 55 g/m² oraz chłonność 450%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15: dotyczy Zadania nr 15 poz. 1,2,3,4

Czy należy zaoferować siatkę elastyczną posiadającą w swoim składzie min 50% bawełny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16: dotyczy Zadania nr 15 poz. 5,6

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na opaski gipsowe pakowane a' 2 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na opaski gipsowe pakowane a'2 sztuki.


Pytanie nr 17: dotyczy Zadania nr 16 poz. 1,2,3,4,5

Czy Zamawiający wymaga aby masa powierzchniowa gazy 17 N, z której wykonane są wyroby wynosiła min. 23 g/m² oraz gazy 13 N wynosiła min. 17 g/m² zgodnie z normą PN EN 14 079 oraz potwierdzenie tych parametrów kartami danych technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw uniwersalny w składzie:

**Zestaw uniwersalny II****Skład zestawu:**

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna	150 x 240
1 samoprzylepna serweta operacyjna	200 x 175
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego w wymienionym wyżej składzie.

Pytanie nr 19: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 19 zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ – serweta samoprzylepna o wymiarach 180x180cm, zamiast 150-170 x 170-180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 21 zestawu w niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21: dotyczy Zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha sterylnego z jałowym opakowaniem wewnętrznym, 2 ręczniki celulozowe do rąk w rozmiarze 20 cm x 30 cm, rozmiary fartucha M-L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22: dotyczy Zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha sterylnego wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m², na rękawach 40,5 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded).

Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23: dotyczy Zadania nr 1 poz. 3

Prosimy o wyłączenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków włókninowych w rozm. 9 x 6 cm, pakowane a'50szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku włókninowego w rozm. 9 x 6 cm, pakowanego a'50szt.

Pytanie nr 25: dotyczy Zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26: dotyczy Zadania nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 30x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27: dotyczy Zadania nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 35x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie o następującym składzie?

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250 cm z paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm?

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie o następującym składzie?

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rąk 30 cm x 20 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery „T” 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej?

Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30: dotyczy Zadania nr 16 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16, pozycji 4 kompresy w opakowaniu a'3 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości – pozostałe parametry bez zmian, co

umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Podpisał
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk