



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Parczew, 13.06.2016 r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl



Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016 (5)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawy materiałów opatrunkowych, szewnych, fartuchów chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych, pieluszek, podkładów, taśm do leczenia nietrzymania moczu**

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia



W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.



Pytanie nr 1: dotyczy Zadania nr 1 poz. 1

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny dostępny w rozmiarach oznaczonych symbolami L, LL, XL, XLL, w którym rękawy do wysokości łokcia szyte są ultradźwiękowo; opakowanie wyposażone w naklejki z informacją o numerze katalogowym, dacie ważności, LOT, kodzie GTIN; pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: dotyczy Zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny przedni dostępny wyłącznie w rozmiarze XL?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3: dotyczy Zadania nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny zgodny z siwz, w którym osłona na stół jest złożona w sposób inny niż teleskopowy, jednak w sposób zapewniający aseptyczną, sprawną aplikację; jedna z dużych serwet samoprzylepnych jest w rozmiarze 175x175cm; taśma samoprzylepna w rozmiarze 9x49cm; rękawiczki włókninowe w rozmiarze 18x25cm; zestaw wyposażony w naklejki z informacją o numerze katalogowym, dacie ważności, LOT, kodzie GTIN; pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: dotyczy Zadania nr 20 poz. 1



Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo, która jest złożona w sposób inny niż teleskopowy, jednak w sposób zapewniający aseptyczną, sprawną aplikację?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5: dotyczy Zadania nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych 2-warstwowy o gramaturze pow. 60g/m², w którym serweta główna posiada zintegrowane osłony na nogi i jest w rozmiarze 240/150x150cm; w zestawie nie ma ręczników, natomiast dołączona jest serweta na stół instrumentarium; pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego, którego opakowanie wyposażone jest w naklejki z informacją o numerze katalogowym, dacie ważności, LOT, kodzie GTIN; skład:

- serweta na stolik narzędziowy 150x190cm,
- obłożenie stolika Mayo 79x145cm, złożone w sposób inny niż teleskopowy, jednak w sposób zapewniający aseptyczną, sprawną aplikację,
- serweta chirurgiczna 175/250x300cm z oknem 38x32 wypełnionym folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki 18x16cm,
- serweta dla noworodka 90x120cm,
- taśma samoprzylepna 9x49cm,
- ręczniki chłonne – 4szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: dotyczy Zadania nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 23:

20 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłaniających, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, osłonki nie nachodzą na siebie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, porowatości średniej 1390 µm, porowatości max 1870 µm, porowatości 84 %, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),
oraz

2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralne, prawa i lewa, do implantacji w/w taśm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wyżej wymienione taśmy oraz igły do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Pytanie nr 8: dotyczy Zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z ręcznikami w rozm. 40X20cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 5x7,2cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarach 5x7,2cm.

Pytanie nr 10: dotyczy Zadania nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 45x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarach 45x75cm.

Pytania nr 11: dotyczy Zadania nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 45x75cm z otworem przyklejanym okrągłym śr. 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12: dotyczy Zadania nr 16 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8w, 17n?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13: dotyczy Zadania nr 20 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu jałowego do operacji ginekologicznych, trzywarstwowy o gramaturze min. 73g/m², o składzie:

asortyment	ilość	rozmiar
serweta z otworem 15x10cm i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej	1	245x180
serweta przeznaczona pod pośladki	1	90x75
taśma medyczna	2	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	4	40x20

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw jałowy o wymienionych wyżej parametrach.

Pytanie nr 14: dotyczy Zadania nr 20 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści higieniczne prześcieradło nieprzemakalne, foliowo-polipropylenowe, białe, wzmocnione włóknina polipropylenową o dużej wytrzymałości, trójwarstwowym laminat, do pokrycia stołu operacyjnego min. 80cm x 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza higieniczne prześcieradło nieprzemakalne, foliowo-polipropylenowe, białe, wzmocnione włóknina polipropylenową o dużej wytrzymałości, trójwarstwowym laminat, do pokrycia stołu operacyjnego min. 80cm x 210cm.

Pytanie nr 15: dotyczy wyrobów gazowych jałowych:

Czy Zamawiający wymaga aby wyroby gazowe były sterylizowane w parze wodnej – metodzie najbezpieczniejszej dla pacjenta i personelu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16: dotyczy §7 ust. 1 załącznika nr 5 Wzór umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17: dotyczy §2 ust. 5 załącznika nr 5 Wzór umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony wyjątkowo dopuszczają także podwyższenie cen jednostkowych w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.”?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zgody.

Pytanie nr 18: dotyczy §5 załącznika nr 5 Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „oczekiwania” oraz „opóźnienia” słowami „zwłoki” w § 5 wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku co najmniej trzykrotnego wykroczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, w szczególności kwestie te zostały uregulowane w §1 ust. 3 i 4 załącznika nr 5 Wzór umowy.

Podpisał
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk