



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Parczew, 08.06.2016 r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl



Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016 (2)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawy materiałów opatrunkowych, szewnych, fartuchów chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych, pieluszek, podkładów, taśm do leczenia nietrzymania moczu**

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia



W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.



Pytanie nr 1: dotyczy Zadania nr 7 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 7, dopuści złożenie oferty z folią operacyjną samoprzylepną o wymiarach powierzchni klejącej nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 24x27cm dla poz. 1, 24x40cm dla poz. 2 oraz 34x40cm dla poz. 3?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 2: dotyczy Zadania nr 14 poz. 1,3,4

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 14, dopuści złożenie oferty z opatrunkami włókninowymi z wkładem chłonnym o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 9x10cm dla poz. 1, 9x15cm dla poz. 2, 9x20cm dla poz. 3 oraz 9x25cm dla poz.4, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3: dotyczy zadania nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę o wymiarach 25x36?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 11 poz. 3 siatkę o wymiarach 25x36.



Pytanie nr 4: dotyczy realizowania dostaw

W związku z rozbieżnościami prosimy o doprecyzowanie godzin dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający ustala godziny dostaw zgodnie z zapisami Specyfikacji od 7.00 do 14.30. Zamawiający poprawił w załączniku nr 5 Wzór umowy do Specyfikacji §1 ust. 2 godziny dostaw na **7.00 – 14.30**.

Pytanie nr 5: dotyczy § 1 ust. 8 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść:

z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: dotyczy § 5 ust. 1 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację zapisu na:

Zamawiający będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i w wysokości:

- 1) 0,1% wartości netto zareklamowanych przez Zamawiającego produktów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową,
- 2) 0,1% wartości netto niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostawie ponad termin określony umową.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: dotyczy § 7 ust. 1 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację zapisu na:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności w przypadku:

- 1) powtarzających się (co najmniej **kolejnych** dwóch) nieterminowych realizacji dostaw,
- 2) powtarzających się (co najmniej **kolejnych** dwóch) reklamacji ilościowych i jakościowych towarów, o których mowa w § 4
- 3) innych istotnych, powtarzających się uchybień w trakcie realizacji niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8: dotyczy Zadania nr 8 poz. 1,2

Czy Zamawiający wydzieli z załączniku Formularz Cenowy, Zadanie nr 8 pozycję 1-2 do osobnego pakietu? Powyższe wydzielenie pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencji, co może doprowadzić do uzyskania korzystniejszej ceny przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk