



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873



Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Parczew, 14.03.2018 r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2018 (5)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby SOR w ramach projektu „Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego – uzupełnienie wyposażenia w celu bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału”

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1

Dotyczy: Pakiet nr 5 - Laparoskop i Insuflator endoskopowy CO2

Dotyczy pkt 27 – Pompa ssąco- płucząca.

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach technicznych?

- Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji Laparoskopowych
- Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową perystaltyczną
- Ciśnienie w torze płukania 400 mmHg (+/- 50 mmHg)
- Przepływ płukania 1 800 ml/ min. (+/- 10%), Przepływ ssania 1 800 litrów / min. (+0.4/-0.1 l/min.)
- Ciśnienie w torze ssania między -50 a -60kpa
- Dren płuczący, silikonowy, wielorazowy, autoklawowalny, do laparoskopii -1 szt.
- Zestaw drenów silikonowych do odsysania - kpl.1
- Słój do odsysania 5 litrów wraz z pokrywą -1 kpl.
- Montaż pompy oraz pojemnika na brudny płyn na relingu bocznym wózka co zapobiega zalaniu płynem innych urządzeń.

W miejsce opisanej pompy laparoskopowej. Należy zauważyć że podane parametry stanowią dzisiejszy standard w zabiegach laparoskopowych. Przedstawione ciśnienia oraz przepływy są parametrami które zapewniają użytkownikowi pełną funkcjonalność urządzenia podczas wykonywania zabiegów laparoskopii Chirurgicznej i Ginekologicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Podpisał

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk

