

Parczew dnia 04.06.2008r.

Zamawiający:  
Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Parczewie  
ul. Kościelna 124  
21-200 Parczew  
fax (0-83) 355 21 13

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZM-2110/8/2008

Nr pisma: 8/2/2008

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę **materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizeliny**

Ogłoszenie opublikowano na portalu UZP w dniu 2008-06-02 numer ogłoszenia 116635-2008

#### Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

W zawiązkę z prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r Nr 164 poz.1163 ze zmianami), wyjaśniam co następuje:

Dot. zadania nr 3 – niewchłaniałna syntetyczna siatka chirurgiczna sterylna

#### Pytanie Nr 1:

pozycja 2 : Czy Zamawiający dopuści: Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniałną, sterylną, o grubości 0,45mm, gramaturze 112g/m<sup>2</sup> i porowatości 758-1007µm w rozmiarze 8x15cm (specyfikacja wymaga 8x12cm)?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozmiar, dopuszcza pozostałe parametry siatki.*

#### Pytanie Nr 2:

Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści: Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniałną, sterylną, o grubości 0,40mm, gramaturze 48,8g/m<sup>2</sup> i porowatości 1800-2270µm w rozmiarze 10x15cm (specyfikacja wymaga 10x16cm)?

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .*

Podpisał

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk