

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
21-200 Parczew  
ul. Kościelna 124  
fax (083) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/14/4/09  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dostawę  
wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
oraz akcesoria do aparatów medycznych,  
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień  
Publicznych dnia 27.11.2009r Nr 224531-2009.  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:225583-2009,  
data zamieszczenia 30.11.2009r

### Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.  
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez wskazywania źródeł zapytań, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

#### Pytanie nr 1:

- Czy Zamawiający w **Zadaniu 13 poz. 20** "Szczoteczka cytologiczna (..)" miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy?

- Czy Zamawiający w **Zadaniu 13 poz. 20** "Szczoteczka cytologiczna (..)" wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne?

- Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. & 3 pkt. 1 oraz Dyrektywą 93/42/EWG zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów SIWZ poprzez wymóg dołączenia przez wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności w Zadaniu 13 poz. 20 "Szczoteczka cytologiczna (..)" pozwalające na identyfikację konkretnego wyrobu dopuszczonego do obrotu na terytorium RP?

- Czy Zamawiający wydzieli w **Zadaniu 13 poz. 20** "Szczoteczka cytologiczna (..)" do odrębnego zadania?

Utworzenie odrębnego zadania umożliwi złożenie korzystniejszej oferty oraz, co jest bardzo istotne: szczoteczka do pobierania wymazów jest przyrządem diagnostycznym, a nie pomocniczym mającym przynieść konkretne i wymierne rezultaty, dlatego jej rola w ocenie stanu zdrowia jest bardzo wysoka, gdyż na podstawie bezpiecznego i prawidłowego pobrania wymazu można ocenić stan zdrowia kobiet jak również postawić prawidłową diagnozę, na czym zapewne zależy również Zamawiającemu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga szczoteczek umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Zamawiający (w projekcie umowy § 1 ust.9 Załącznika nr 4 siwz) będzie wymagał przy dostawie konkretnego zamówienia dokumentów potwierdzających identyfikację wyrobu dopuszczonego do obrotu na terytorium RP.

**Pytanie nr 2:**

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Zadania nr 11 pozycje 2,3,4 i 5** zawierające przedłużacze do pomp infuzyjnych (przezroczyste i ciemne), przyrządy do przetaczania krwi i przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 11 a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczby wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3 - Dotyczy Zadania nr 11 pozycji 3:**

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści do przetargu przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy do podawania leków światłoczułych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy.

**Pytanie nr 4:**

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Zadania nr 18 pozycje 31, 32, 33, 34, 35 i 36** zawierające kaniule Venflon w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 18 a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to zwiększy konkurencyjność i Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5 - Dotyczy Zadania nr 18 pozycji 34:**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie kolor różowy 20G 1,1x32mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnie kolor różowy 20G 1,1x32mm.

**Pytanie nr 6 - Dotyczy Zadania nr 18 pozycji 35:**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie kolor różowy 22G 0.9x25mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza kaniule dożylnie kolor różowy 22G 0,9 x 25mm.

**Pytanie nr 7 - Dotyczy Zadania nr 18 pozycji 36:**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie kolor różowy 24G 0,72x19mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza kaniule dożylnie kolor różowy 24G 0,72x19mm.

**Pytanie nr 8**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Zadania nr 18 pozycje 39 i 40** zawierające neoflony w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 18 a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczby wykonawców, a przez to zwiększy konkurencyjność i Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie neoflonów do odrębnego zadania.

Zamawiający dnia 30.11.2009r zamieścił Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia oraz dokonał modyfikacji SIWZ co spowodowało zmianę L.p. asortymentu w Zadaniu Nr 18.

**Pytanie nr 9: Dotyczy Zadania nr 18 pozycji 39:**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie kolor różowy 24G 0,72x19mm o maksymalnym przepływie 20ml/min.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza kaniule dożylnie kolor różowy 24G 0,72x19mm.

Zamawiający dnia 30.11.2009r zamieścił Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia oraz dokonał modyfikacji SIWZ co spowodowało zmianę L.p. asortymentu w Zadaniu Nr 18.

**Pytanie nr 10:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z **Zadania nr 18 pozycji 45** zawierającą strzykawkę insulinową w jeden osobny pakiet producentki (np. Zadanie 18a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu. Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

**Pytanie nr 11: Dotyczy terminu dostawy towaru:**

Prosimy o określenie dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy presortowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12 - Dotyczy Zadania nr 1 poz. 65 i 69:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania nr 2 pozycji nr 1 i 2 w jedno osobne zadanie tak by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w postępowaniu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów. Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w pakiecie. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny, co z całą pewnością jest dla Państwa korzystnym rozwiązaniem. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 13 - Dotyczy Zadania nr 6 poz. 4, 5, 6, 7:**

Czy w Zadaniu nr 6 pozycje 4, 5, 6, 7 mają być jednorazowego użytku?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga w poz. 4 jednorazowego użytku, pozostały opis bez zmian.

W pozycji 5 Zamawiający podał rozmiar 1500mm j. u. insuflacyjna winno być **150 mm** insuflacyjna wielorazowego użytku.

Pozycja 6, i 7 wielorazowego użytku.

**Pytanie nr 14 - Dotyczy Zadania nr 11 poz. 4 i 5:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania nr 11 pozycji nr 4 i 5 w jedno osobne zadanie tak by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w postępowaniu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów. Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w pakiecie. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny, co z całą pewnością jest dla Państwa korzystnym rozwiązaniem. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

**Pytanie nr 15 - Dotyczy Zadania nr 18 poz. nr 10:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych ww. zadaniu lub wyłączenie z zadania pozycji nr 10. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa zadania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

**Pytanie nr 16 - Dotyczy pkt IV ppkt nr 17 – specyfikacja:**

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

**Odpowiedź:** Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do których pełnomocnik jest upoważniony.

**Pytanie nr 17 - Dotyczy paragrafu 4 pkt. 2 - Umowa / Projekt:**

Prosimy o wydłużenie terminu reklamacji na min 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy wymieniać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to: wizyta przedstawiciela, wymiana reklamowanego towaru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18 – dotyczy Zadania nr 18:**

- **Poz. 32:** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kaniule G16 o długości 50mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnie kolor szary G 16 o długości 50 mm.

- **Poz. 34:** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kaniule G 20 o długości 33 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnie kolor różowy G 20 o długości 33 mm.

- **Poz. 35:** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kaniule G 22 o rozmiarze 0,9/25 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnie kolor niebieski G 22 o rozmiarze 0,9/25 mm.

- **Poz. 36:** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kaniule G 24 o rozmiarze 0,7/19 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnie kolor żółty G 24 o rozmiarze 0,7/19 mm.

- **Poz. 38:** Czy aparat do przygotowania i pobierania leków z butelki ma być wyposażony w zastawkę uniemożliwiającą wyciek leku po odłączeniu strzykawki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dnia 30.11.2009r zamieścił Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia oraz dokonał modyfikacji SIWZ co spowodowało zmianę L.p. asortymentu w Zadaniu Nr 18 (po modyfikacji odpowiadam na poz. 39 dot. Mini Spike Plus – zielony, aparat do przygotowania i pobierania leków z butelki) z filtrem... ).

**Odp.** Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelki ma być wyposażony w zastawkę uniemożliwiającą wyciek leku po odłączeniu strzykawki.

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 39 i 40 i utworzenie nowego zadania nr 13a? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 20 - dotyczy Zadania nr 11 pozycji 7:**

Zwracam się zapytaniem, jakiego rodzaju przyrząd do upustu krwi ma Zamawiający na myśli: przyrząd pojedynczy 450 ml czy podwójny 450/300ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga przyrząd pojedynczy 450 ml.

**Pytanie nr 21:**

Czy Zamawiający zgodzi się na rozdzielenie z zadania Nr 14 termometrów na podczerwień do czoła (poz. 20) do oddzielnego zadania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.