

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
21-200 Parczew
ul. Kościelna 124
fax (083) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/14/5/09
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dostawę
wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz akcesoria
do aparatów medycznych, ogłoszonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych dnia 27.11.2009r Nr 224531-2009.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:225583-2009,
data zamieszczenia 30.11.2009r

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez wskazywania źródeł zapytań, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1 - dotyczy zapisów umowy § 1 ustęp 3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na: Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego, przy założeniu, że zmniejszenie to nie przekroczy 20% wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - dotyczy zapisów umowy § 1 ustęp 9:

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów do obrotu i używania objętych konkretnym zamówieniem Zamawiającego. Dokumenty winny być dostarczone na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni po otrzymaniu pisemnego (faksem) żądania od Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - dotyczy zapisów umowy § 2 ustęp 7:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu: Wykonawca może obniżyć cenę w każdym czasie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 - dotyczy zapisów umowy § 5 ustęp 3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na: Zamawiający ma prawo wykonywać potrącenie kary umownej, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie z umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony. **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – dot. Zadania nr 1 poz. 1,2,3,5,6:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 – dot. Zadania nr 1 poz. 54:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania dł. 210 CH 24 śr. zew. 8mm, śr. wew. 5,6mm. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania. **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 – dot. Zadania nr 3 poz. 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie lub przeniesienie w/w pozycji do pakietu Nr 21 ze względu, iż filtr ten jest akcesorium do ssaka. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – dot. Zadania nr 13 poz. 35:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji o wydzielenie w/w z pakietu, ze względu, iż według naszej wiedzy tylko jeden wykonawca jest w stanie zaoferować w/w pozycje asortymentową. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dot. Zadania nr 13 poz. 39 - 40:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10– dot. Zadania nr 14 poz. 8:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji pasów unieruchamiających z poliestru zabezpieczanych kluczem magnetycznym. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11– dot. Zadania nr 14 poz. 17:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12– dot. Zadania nr 17 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji staplera okrężnego o śr. 32mm pakowanego a 1 szt. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stapler okrężny o śr. 32mm pakowany a 1 szt z przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 13– dot. Zadania nr 17 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji staplera okrężnego pakowanego a 1 szt. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stapler okrężny pakowany a 1 szt z przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 14– dot. Zadania nr 13 poz. 20:

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 13 poz. 20 szczoteczka cytologiczna do odrębnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15– dot. Zadania nr 10 poz. 5,7,9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji z zakładką o długości 100m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawy do sterylizacji z zakładką o długości 100m z przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 16– dot. Zadania nr 12 poz. 2,3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic foliowych o uniwersalnym kształcie tj. z niewyprofilowanymi palcami? **Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk