

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/4/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2010 pod nr 337067–2010.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1.

"Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany wysokości opłat na rzecz Skarbu państwa, czyli np. zmiany przepisów celno-podatkowych, kursu walut?"

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 2.

Dotyczy zadania 3, poz. 64, 65, 67.

"Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania 3 poz. 64, 65, 67."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3.

Dotyczy zadania 7, poz. 1, 2, 3, 4.

"Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania 7 poz. 1, 2, 3, 4."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4.

Dotyczy zadania 13, poz. 3, 4.

"Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania 13 poz. 3, 4."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5.

Dotyczy zadania 7, poz. 4.

"Czy Zamawiający dopuści w Zad 7 poz. 4 trokar 11mm z wbudowaną redukcją na 5mm?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza trokar 11mm z wbudowaną redukcją na 5mm, pozostałe warunki jak w SIWZ.

Pytanie 6.

Dotyczy zadania 21, poz. 6, 7.

"Czy Zamawiający w Zad 21 w poz. 6, 7 dopuści stapler okrężny bez łamanego trzpienia i bez systemu brzeźnie spłaszczonych zszywek?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stapler okrężny bez łamanego trzpienia i bez systemu brzeźnie spłaszczonych zszywek.

Pytanie 7.

Dotyczy zadania 21, poz. 1, 2, 3, 4, 5.

"Czy Zamawiający w Zad 21 w poz. 1, 2, 3, 4, 5 dopuści zaoferowanie staplerów jednorazowego użytku w zmian za ładunki do staplerów wielorazowego użytku we wskazanych przez Zamawiającego ilościach?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8.

Dotyczy zadania 14, poz. 2-3

"Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wyprofilowanych palców."

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9.

Dotyczy zadania 14, poz. 11

"Zamawiający pod pojęciem beztalkowe miał na myśli rękawice bezpudrowe?"

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga rękawice beztalkowe lub bezpudrowe, pozostałe warunki jak w SIWZ.

Pytanie 10.

Dotyczy zadania 11, poz. 2

"Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrody o średnicy 45mm."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrodę EKG o śr. 44-45 mm, pozostałe warunki jak w SIWZ.

Pytanie 11.

Dotyczy zadania 11, poz. 8

"Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru z nadrukiem – kratka w kolorze czerwonym - różowym."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier z nadrukiem – kratka w kolorze czerwonym – różowym.

Pytanie 12.

Dotyczy zadania 11, poz. 11

"Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarze 110 x 20m. Firma Mitsubishi już w zeszłym roku skróciła swoje papiery o 1m"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier o rozmiarze 110 x 20m.

Pytanie 13.

Dotyczy zał. Nr5 wzór umowy, § 2 ust. 5

"Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację ww. ust o poniższy zapis:

„Po upływie okresu stałości cen o których mowa w ust. 4, dopuszcza się zmianę ceny w przypadku:

- a) odchylenia od kursu walut wzrost/spadek 5% w stosunku do kursu z dnia złożenia oferty 2010r. (wg tabeli NBP). Wzrost/spadek będzie weryfikowany w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym występują notowania kursu walut NBP a strony ustalają cenę na kolejny miesiąc
- b) zmianę stawki podatku VAT bądź stawek celnych i innych podobnych opłat publicznoprawnych związanych z wprowadzeniem na polski obszar celny asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia
- c) podyktowaną przez producenta zmianę cen asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia.

Wprowadzenie ww zapisu umożliwi zaproponowanie Państwu niższych ofert cenowych zwłaszcza iż wiadomo nam iż w przyszłym roku ulegnie zmianie stawka VAT."

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 14.

Dotyczy zał. Nr5 wzór umowy, § 5 ust. 3

"Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie ww. ust. Rozwiązanie takie i w przypadku jego stosowania wprowadzi błędy w księgowości"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 15.

Dotyczy zał. Nr5 wzór umowy

"Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopisanie poniższego zapisu do umowy.

" Wypowiedzenie umowy

Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Dla skuteczności złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy wystarczające jest przesłanie go drugiej stronie faksem, za niezwłocznym potwierdzeniem pismem."

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 16.

Dotyczy zał. Nr5 wzór umowy, § 1 ust. 4

"Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu ww. ust. Poprzez dopisanie: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu w zakresie objętym ofertą dostawy o 20% w górę lub o 20% w dół, a Dostawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania."

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 17.

Dotyczy zadania 13, poz. 2, 3, 4

"Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Zadania nr 13 pozycje 2, 3 i 4 zawierające przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 13a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na polskim rynku istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ceną."

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 18.

Dotyczy zadania 13, poz. 2

"Zwracamy się z zapytaniem, jakiego rodzaju przedłużacza wymaga Zamawiający w przetargu: przedłużaczy do pomp infuzyjnych białych czy bursztynowych do leków światłoczułych."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przedłużaczy do pomp infuzyjnych bursztynowych.

Pytanie 19.

Dotyczy zadania 22, poz. 25-31, 34 i 35

"Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Zadania nr 22, poz. 25-31, 34 i 35 zawierające kaniule, neoflony i koreczki w jeden osobny pakiet producencki i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ceną."

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 20.

Dotyczy zadania 22, poz. 28

"Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie 20G 1,1x32mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnie 20G 1,0-1,1 x 32mm różowe.

Pytanie 21.

Dotyczy zadania 22, poz. 29

"Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie 22G 0,9x25mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnie 22G 0,8-0,9 x 25mm niebieskie.

Pytanie 22.

Dotyczy zadania 22, poz. 30

"Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie 24G 0,72x19mm .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnie 24G 0,7-0,72 x 19-20mm żółte.

Pytanie 23.

Dotyczy zadania 22, poz. 34

"Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu neoflony 24G 0,72x19mm o przepływie do 20 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24.

Dotyczy zadania 17, poz. 25-27

"Czy Zamawiający w pozycji 25-27 wymaga, aby zestawy były pakowane na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestawy z poz. 25-27 pakowane na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu, pozostałe warunki jak w SIWZ.

Pytanie 25.

Dotyczy zadania 13, poz. 2

"Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka - zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przedłużacze nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączania karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26.

Dotyczy zadania 13, poz. 3, 4

"Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka - zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację."

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27.

Dotyczy zadania 14, poz. 2, 3

"Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rękawice foliowe posiadały wyprofilowane palce? Pozwoli to na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez szpital bardziej konkurencyjnych cenowo ofert."

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28.

Dotyczy zadania 14, poz. 5-8

"Zamawiający w opisie podaje, iż wymaga rękawiczek lateksowych niealergicznym/hypoalergicznym. Do produkcji rękawiczek wykorzystywany jest lateks naturalny. Pod względem chemicznym głównymi składnikami, które powodują uczulenie są białka lateksu. W większości zostają one usunięte podczas przetwarzania wyrobów lateksowych, ale nawet śladowa ich ilość może wywołać alergię. Z tego powodu, w rzadkich przypadkach, rękawice lateksowe mogą wywoływać działania alergizujące. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od zapisu "niealergicznym/hypoalergicznym" w w/w pozycjach."

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29.

Dotyczy zadania 15, poz. 13

"Czy Zamawiający dopuści pałeczki do wymazów o dł. 160mm i średnicy 4,5mm?"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30.

Dotyczy zadania 15, poz. 23

"Czy Zamawiający dopuści szyna Kramera 500 x 70 lub 800 x 100?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szyna Kramera o wym. 500 x 70-100.

Pytanie 31.

Dotyczy zadania 15, poz. 24

"Czy Zamawiający dopuści szyny palcowe z gąbką 20 x 250?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szyny palcowe aluminiowe o wym. 20 x 250-260.

Pytanie 32.

Dotyczy zadania 16, poz. 2

"Czy Zamawiający dopuści elektrody gumowe o średnicy 12 x 8?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrody gumowe o średnicy 12 x 7-8.

Pytanie 33.

Dotyczy zadania 16, poz. 6 ,9

"Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji?"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34.

Dotyczy zał. Nr5 wzór umowy, § 2 ust. 4

"Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na "Ceny jednostkowe netto przedstawione w formularzu cenowym nie wzrosną przez okres (nie krótszy niż 6 miesięcy) miesięcy licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy, określonej w § 6 ust. 1. Stałość cen nie dotyczy zmiany spowodowanej zmianą stawki podatku VAT, która obowiązuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego. Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą przedmiotu umowy do siedziby (magazyn apteki) Zamawiającego, w tym koszty rozładunku, ubezpieczenia, opakowania oraz podatku VAT."

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35.

Dotyczy zał. Nr5 wzór umowy, § 2 ust. 7

"Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy."

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36 dotyczy Zad. nr 2:

"Czy błony i odczynniki wyszczególnione w formularzu cenowym mają być tego samego producenta i tej samej marki, co gwarantuje pełną kompatybilność?"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kompatybilności oferowanych błon rtg i odczynników.

Pytanie 37 dotyczy Zad. nr 2-8:

"Czy widniejące na opakowaniu dane: nazwa producenta, typ błony, data ważności, numer produkcji, mają ujawniać się bezpośrednio na błonie po jej wywołaniu? Informacje przydatne podczas badań kontroli jakości oraz ze względu na archiwizację."

Odpowiedź:

Przedmiot umowy będzie oznakowany zgodnie z wymaganiami dopuszczenia do obrotu w zakresie określającym przedmiot zamówienia.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk