

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/6/2010

dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2010 pod nr 337067–2010.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1. dotyczy zadania 9, poz. 2.

"Czy Zamawiający zaakceptuje balon Polizera z oliwkami: 4, 15, 17 i 22mm i łącznikiem metalowym?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza balon Polizera z 4 oliwkami różnych rozmiarów (np. 4, 13, 14, 15, 17, 19 i 22 mm) i łącznikiem metalowym.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk