

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/3/2/2010

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: dostawa części do aparatury i sprzętu medycznego Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.02.2010 pod nr 39503-2010

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1.

Dotyczy zadania 1 pozycja 2

"Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 filtr oddechowy o właściwościach elektrostatycznych i mechanicznych bakteryjno- wirusowy bez oznaczenia na obudowie kierunku przepływu gazu, o poziomie nawilżania min. 32 mg H₂O/l przy Vt 500ml, z portem kapno zabezpieczony koreczkiem zaciskowym, przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?"

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Dotyczy zadania 1 pozycja 4.

"Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 przewód tlenowy w przekroju gwiazdkowy nie załamujący się biologicznie czysty?"

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk