

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/3/3/2010

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: dostawa części do aparatury i sprzętu medycznego Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.02.2010 pod nr 39503-2010

## **Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

### **Pytanie 1.**

Dotyczy zadania 1 pozycja 2

"Czy Zamawiający dopuści filtr 24-godzinny o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtrującej wykonanej z włókniny, o intermolekularnej metodzie filtracji?"

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

### **Pytanie 2.**

Dotyczy zadania 1 pozycja 3.

"Czy Zamawiający dopuści filtr 24-godzinny ze zmniejszoną objętością o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtrującej wykonanej z włókniny i wydzielonego celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, o intermolekularnej metodzie filtracji."

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

### **Pytanie 3.**

Dotyczy zadania 1 pozycja 3.

"Czy Zamawiający dopuści oznaczenie na obudowie strony pacjenta zamiast kierunku przepływu gazu. Pragniemy zaznaczyć, iż gazy przepływają przez filtr w dwie strony: w kierunku maszyny i kierunku pacjenta."

### **Odpowiedź.**

Zamawiający dopuszcza

### **Pytanie 4.**

Dotyczy zadania 1 pozycja 4.

"Czy Zamawiający dopuści przewód tlenowy czysty mikrobiologicznie? Pragniemy zaznaczyć, iż przewód nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem."

### **Odpowiedź.**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 5.**

Dotyczy zadania 6 pozycja 1

"Prosimy o wydzielenie z zadania pozycji nr 1 tj. Obwodu oddechowego jednorazowego użytku do respiratora Companion Bennet 2801. Pozwoli to na pozyskanie bardziej atrakcyjnej oferty przy niezmiennych parametrach jakościowych."

**Odpowiedź.**

Zamawiający wydziela z zadania 6 pozycję 1 do osobnego zadania.

**Pytanie 6.**

Dotyczy zadania 5

"Prosimy o podanie jakie rury wielorazowego użytku ma na uwadze Zamawiający: z hytrelu czy silikonowe?"

**Odpowiedź.**

Zamawiający dopuszcza rury z hytrelu i z silikonu

**Pytanie 7.**

Dotyczy zadania 1 pozycja 2

" Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w pozycji 2 dopuści wysokiej jakości sterylnej, filtr antybakteryjno/antywirusowy, Thermovent HEPA, renomowanego producenta Smiths Medical - Portex, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, zatrzymaniu wilgoci 0,4 g/h, z unikalną hydrofobową membraną filtracyjną o równomiernie rozłożonych, nie sklejących się fałdach dzięki elementom dystansowym, z portem do kapnografu?"

**Odpowiedź.**

Zamawiający dopuszcza

Podpisał:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk