

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/4/2010

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: dostawa produktów leczniczych

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich dnia 01.04.2010 pod nr 2010/S 64-095732

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1.

Dotyczy zadania 6.

"Sformułowanie treści przetargu jak zostało opublikowane wyklucza samą istotę przetargu, bo w sposób jednoznaczny określa firmę, która może dostarczyć paski. Wyklucza tym samym zasadę wolnej konkurencji, szczególnie w świetle ostatnich przetargów, w których glukometry są oferowane przez firmy po 1 zł, co powoduje, że koszt pasków z glukometrami jest niejednokrotnie tańszy niż same paski do glukometrów co pozwala na oszczędności dla szpitala i wymianę sprzętu na nowocześniejszy. Wykonawca pragnie oferować swoje paski atrakcyjnie cenowo, mające pozytywną opinię wielu placówek służby zdrowia w związku z czym zadaje pytanie:

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pasków do innych glukometrów niż wymienione, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków pozostawi Zamawiającemu odpowiednią ilość nowoczesnych glukometrów opartych na metodzie biosensorycznej. Cena glukometrów zawarta jest w cenie pasków.

W przypadku zgody prosimy o określenie ilości potrzebnych glukometrów potrzebnych do każdego pakietu."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia dostawcy pasków testowych do posiadanych przez niego glukometrów a nie zakupu kolejnych glukometrów. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający kierując się specyfiką przedmiotu zamówienia w opisie posłużył się nazwą będących jego własnością glukometrów, gdyż nabywane paski testowe muszą być kompatybilne z tymi urządzeniami. Zamawiający ma prawo używać zakupiony za publiczne pieniądze sprzęt, który jest w pełni sprawny i kupować do niego materiały eksploatacyjne podając jego nazwę, co nie stoi w sprzeczności z ustawą Pzp. Ponadto badanie poziomu cukru za pomocą posiadanych przez Zamawiającego glukometrów zostało przez niego szczegółowo opisane w procedurach funkcjonujących w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie dotyczących Systemu Zarządzania Jakością ISO.

Dopuszczenie pasków do innych glukometrów niż wymienione zmusza Zamawiającego do ponoszenia dodatkowych, niezasadnionych rzeczywistymi potrzebami kosztów, gdyż Zamawiający oprócz kosztów za materiały eksploatacyjne musiałby ponieść koszty glukometrów, które zostaną wliczone w cenę pasków.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk