



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Parczewie**

21-200 Parczew ul. Kościelna 124 dyr.(083) 355-21-02 fax.355-21-00

Parczew 18.02.2011

oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/14/2010

dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim.

Modyfikacja /Wyjaśnienie SIWZ

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

W załączniku nr 2 Zadanie nr 1 Przeniesienie danych z oprogramowania obecnie użytkowanego przez zamawiającego do SIWZ było:

Nazwa aplikacji	Producenrt	typ baz danych
Kadry -płace	PIK	pdf
F-K	PIK	pdf
Koszty	PIK	pdf
Gospodarka materiałowa	PIK	pdf
Środki trwałe	PIK	pdf
Apteka	PIK	pdf
RUM	Procommerce	Btrieve

Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 1 Przeniesienie danych z oprogramowania obecnie użytkowanego przez zamawiającego do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

Nazwa aplikacji	Producenrt	typ baz danych
Kadry -płace	PIK	dbf
F-K	PIK	dbf
Koszty	PIK	dbf
Gospodarka materiałowa	PIK	dbf
Środki trwałe	PIK	dbf
Apteka	PIK	dbf
RUM	Procommerce	Btrieve

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG Stół do zdjęć kostnych z kolumną lampy pkt. 51 było: „Minimalna wysokość lampy od podłogi: ≤ 45 cm”

Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr Aparat RTG Stół do zdjęć kostnych z kolumną lampy pkt. 51 otrzymuje nowe brzmienie: „Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi: ≤ 45 cm”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG Statyw do zdjęć płucnych pkt. 60 było: „Minimalna wysokość środka załadowanej kasety od podłogi: ≤ 40 cm”.

Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr Aparat RTG Statyw do zdjęć płucnych pkt. 60 otrzymuje nowe brzmienie: „Minimalna wysokość środka załadowanej kasety od podłogi: ≤ 45 cm”.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 124 dyr.(083) 355-21-02 fax.355-21-00

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

- Ad. 1. Zamawiający wymaga aby wszystkie części składowe aparatu posiadały dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenia Polski i Unii Europejskiej.
- Ad. 2. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.
- Ad. 3. Zamawiający dopuszcza generator z możliwością regulacji mAs w zakresie min. 0,5 \geq 600.
- Ad. 4. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania tj. wyświetlanie w % oraz jednostkach cieplnych.
- Ad. 5. Zamawiający dopuszcza stół w którym odległość kasety w uchwycie od powierzchni blatu wynosi 7,8 cm.
- Ad. 6. Zamawiający wymaga aby ognisko lampy i środek kasety na statywie płucnym znajdował się na wys. \leq 45cm od podłogi.
- Ad. 7. Dot. zał. nr 2 zad. nr 1 Moduł Kadry i płace pkt. 48: Wyjaśnienie np.:
Pracownik ma wymiar urlopu 197 godz. 10 min. (26 dni roboczych x 7 godz. 35 min.) – etat.
Następuje w ciągu roku zmiana wymiaru zatrudnienia – automatycznie program winien wyliczyć przysługujący wymiar urlopu po zmianie. Winno być rozliczenie godzinowe jak w równoważnym czasie pracy.
- Ad. 8. Tak.
- Ad. 9. Format pliku – DBF. Modyfikacja siwz (SPZOZ.V.ZP-3520/10/14/2010)

□
□
□

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk