



Parczew 18.02.2011

oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010

**dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim.**

### **Modyfikacja /Wyjaśnienie SIWZ**

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

#### **W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 1 do SIWZ było:**

„Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany, wszystkie części składowe aparatu fabrycznie nowe, konstrukcja nie starsza niż z 2010 r.”

**Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 1 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:** „Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany, wszystkie części składowe aparatu fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2010r.”

#### **W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 2 do SIWZ było:**

„Podstawowe składowe aparatu, minimum generator RTG, lampa RTG, stół kostny i stojak do zdjęć odległościowych od jednego, tego samego producenta”

**Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:** „Podstawowe składowe aparatu, minimum generator RTG, lampa RTG, stół kostny i stojak do zdjęć odległościowych nie jest wymagany ten sam producent”

#### **W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 3 do SIWZ było:**

Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.:

- Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
- Certyfikat CE
- Deklaracje zgodności

**Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 3 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

Dokumenty dopuszczające podstawowe części składowe aparatu w tym: generator, lampa, stół kostny i stojak do zdjęć odległościowych do użytkowania na terenie UE i Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i potwierdzające, że są oznaczone znakiem CE.

#### **W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 34 do SIWZ było:**

„Możliwość obrotu kolimatora w zakresie  $\geq \pm 90^\circ$ ”

**Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 34 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:** „Możliwość obrotu kolimatora w zakresie  $\geq \pm 45^\circ$ ”

**W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej poz. 5 do SIWZ było:** „Skanowanie płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielcz. min.10 pikseli/mm z możliwością rozbudowy skanera do min.20 pikseli/mm lub skanowanie płyt z rozdzielczością 10 i 20 pikseli /mm”

**Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej poz. 5 otrzymuje nowe brzmienie:** „Skanowanie płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielcz. min.10 pikseli/mm.”

**W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej poz. 9 do SIWZ było:** „Powierzchnia podstawy skanera nie większa niż 0.23 m<sup>2</sup>”



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 124 dyr.(083) 355-21-02 fax.355-21-00

**Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej poz. 9 otrzymuje nowe brzmienie:** „Powierzchnia podstawy skanera nie większa niż 0.34 m<sup>2</sup>”

### **W SIWZ rozdz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 6 ostatnie zdanie było:**

„Wykonawca PACS/RIS będzie współpracował z Wykonawcą Zadania Nr 2 w procesie integracji z SSI bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.”

**Dnia 18.02.2011r. SIWZ rozdz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 6 ostatnie zdanie otrzymuje nowe brzmienie:** „Wykonawca PACS/RIS będzie współpracował z Wykonawcą zad nr2 udostępniając dokumentację umożliwiającą podpięcie urządzeń do systemu PACS/RIS bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.”

### **W załączniku nr 7a do siwz w § 1 było:**

„1. Przedmiot umowy musi być wykonany w terminie do 2 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim i zawartą umową Nr .....

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w następujących etapach:

- a) dokumentacja techniczna będzie opracowana i przedstawiona Zamawiającemu do zaopiniowania w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- b) Zamawiający zaopiniuje przedstawioną dokumentację w ciągu 7 dni od jej otrzymania,
- c) w przypadku zgłoszenia uwag do dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni te uwagi i wprowadzi je do dokumentacji w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia i ponownie dostarczy dokumentację wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego,
- d) Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji, posiadającej uzgodnienia właściwych instytucji. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, Wykonawca przystąpi do realizacji robót z chwilą uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.”

### **Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 7a do siwz w § 1 otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Przedmiot umowy musi być wykonany w terminie do 2 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim i zawartą umową Nr .....

Realizacja zakresu umowy, o którym mowa w § 1 odbywać się będzie w następujących etapach i terminach:

- a) Dokumentacja techniczna będzie opracowana i przedstawiona Zamawiającemu do zaopiniowania w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy (załącznik nr 7 do siwz)
- b) Zamawiający zaopiniuje przedstawioną dokumentację w ciągu 7 dni od jej otrzymania,
- c) W przypadku zgłoszenia uwag do dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni te uwagi i wprowadzi je do dokumentacji w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia i ponownie dostarczy dokumentację wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego,
- d) Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji, posiadającej uzgodnienia właściwych instytucji, przy uwzględnieniu terminów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-3 umowy (załącznik nr 7 do siwz) W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, Wykonawca przystąpi do realizacji robót z chwilą uprawomocnienia się pozwolenia na budowę”

### **W załączniku nr 13 do siwz w pkt. 13 było:**

„Koncepcja pracowni tomografii na bazie przeznaczonych pomieszczeń przez Zamawiającego musi być zaakceptowana przez instytucje lub osoby uprawnione do stwierdzania zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.”

### **Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 13 do siwz w pkt. 13 otrzymuje nowe brzmienie:**

„Koncepcja pracowni tomografii na bazie przeznaczonych pomieszczeń przez Zamawiającego musi być zaakceptowana przez instytucje lub osoby uprawnione do stwierdzania zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami, o ile taki obowiązek obowiązujące przepisy nakładają.”



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 124 dyr.(083) 355-21-02 fax.355-21-00

### Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

- Ad. 1. Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany, wszystkie części składowe aparatu fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2010r
- Ad. 2. Zamawiający dopuszcza. Modyfikacja siwz SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010
- Ad. 3. Zamawiający zmienia: Możliwość obrotu kolimatora w zakresie  $\geq \pm 45^\circ$ . Modyfikacja siwz SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010
- Ad. 4. Zamawiający zmienia: Skanowanie płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielcz. min.10 pikseli/mm. Modyfikacja siwz SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010
- Ad. 5. Zamawiający zmienia: Powierzchnia podstawy skanera nie większa niż 0,34 m<sup>2</sup>. Modyfikacja siwz SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010
- Ad. 6. Zamawiający dopuszcza z czytnik z wyświetlaczem monochromatycznym z zielonym podświetlaniem wyświetlacza.
- Ad. 7. Zamawiający dopuszcza monitor o przekątnej 17"
- Ad. 8. Zamawiający dopuszcza interfejs przetłumaczony na język polski z graficzną reprezentacją realizowanych funkcji.
- Ad. 9. Zamawiający zmienia: Wykonawca PACK/RIS będzie współpracował z Wykonawcą zad nr2 udostępniając dokumentację umożliwiającą podpięcie urządzeń do systemu PACS/RIS bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Modyfikacja siwz SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010
- Ad. 10. Zamawiający dopuszcza w pkt. 34-37 zaofiarowane rozwiązanie.
- Ad. 11. Tak, wymagamy.
- Ad. 12. Zamawiający dopuszcza min. 300 mA
- Ad. 13. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.
- Ad. 14. Modyfikacja siwz zał. 7a (SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010)
- Ad. 15. Modyfikacja siwz zał. 13 (SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010)
- Ad. 16. Zamawiający dopuszcza inny podział pomieszczeń.
- Ad. 17. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w specyfikacji.

Podpisał:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie  
mgr Janusz Hordejuk