



Parczew 18.02.2011

oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/16/2010

dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim.

Modyfikacja /Wyjaśnienie SIWZ

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. I w pkt. 6 było: „Przepustowość dla kaset 35 x 43cm przy rozdzielczości 10 pixeli/mm.”

Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. I w pkt. 6 otrzymuje nowe brzmienie: „Przepustowość dla kaset 35 x 43cm przy rozdzielczości 10 pixeli/mm. Zamawiający wymaga przepustowość dla kaset 35 x 43 przy rozdz. min. 10 pixeli/mm minimum 40 kaset/h.”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. I w pkt. 17 było: „Kontrola jakości wykonywana usługowo przez autoryzowany serwis producenta – wskazać minimum 4 ośrodki, w których jest wykonywana przez autoryzowany serwis.”

Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. I w pkt. 17 otrzymuje nowe brzmienie: „Minimum 4 przeglądy w okresie trwania gwarancji poświadczonych wpisem do dokumentacji serwisowej.”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. III w pkt. 20 było: „Tworzenie lokalnej bazy danych pacjentów zarejestrowanych na danej konsoli w ilości min 5 000”

Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. III w pkt. 20 otrzymuje nowe brzmienie: „Tworzenie lokalnej bazy danych pacjentów zarejestrowanych na danej konsoli w ilości min 500”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. III w pkt. 16 było: „Zapis na nośniku elektronicznym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie JPEG z możliwością wyboru stopnia kompresji”

Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. III w pkt. 16 otrzymuje nowe brzmienie: „Zapis na nośniku elektronicznym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie JPEG lub DICOM z możliwością wyboru stopnia kompresji”

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 1. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Parczewie**

21-200 Parczew ul. Kościelna 124 dyr.(083) 355-21-02 fax.355-21-00

Ad. 2. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.

Ad. 3. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.

Dotyczy załącznika nr 2 do zadania nr 2 rozdz. I pkt. 1 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej

Ad. 1. Zamawiający wymaga: Generowanie obrazów min. 12 bit.

Ad. 2. Zamawiający wymaga: Przesyłanie obrazów min. 10 bit.

Ad. 3. Zamawiający wymaga przepustowość dla kaset 35 x 43 przy rozd. min. 10 pixeli/mm minimum 40 kaset /h.

Ad. 4. Powierzchnia podstawy skanera nie większa niż 0.34 m²

Ad. 5. Zamawiający wymaga: Minimum 4 przeglądy w okresie trwania gwarancji poświadczonych wpisem do dokumentacji serwisowej.

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza proponowaną konfigurację

Ad. 7. Zamawiający wymaga w formacie JPEG lub DICOM

Ad. 8. Zamawiający zmienia: Tworzenie lokalnej bazy danych pacjentów zarejestrowanych na danej konsoli w ilości min 500.

Podpisał:

□
□
□
□

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk