



Parczew 17.02.2011

oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/12/2010

**dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim.**

### **Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

- Ad. 1. Zamawiający dopuszcza
- Ad. 2. Dopuszcza się indywidualne ustawienia dla alarmów mierzonych parametrów z poziomu monitora, bez utrzymywania zasilania bateryjnego dla samego modułu.
- Ad. 3. Zamawiający wykreśla pkt. 9 i modyfikacja siwz (SPZOZ.V.ZP-3520/10/11/2010)
- Ad. 4. Zamawiający dopuszcza kardiomonitory wyposażone w pamięć 72h trendów z zapamiętywaniem odcinków krzywych trendu (bez określania sposobu prezentacji trendu) z nimi związanych w monitorze lub centrali.
- Ad. 5. Zamawiający wymaga zaoferowania kardiomonitora z obliczeniami hemodynamicznymi, natlenowaniem, wentylacją.
- Ad. 6. Zamawiający wymaga wg siwz.
- Ad. 7. Zamawiający w punktach (14, 16) nie stawia warunku granicznego (na TAK), Wykonawca może zaoferować kardiomonitory nie posiadające tych funkcjonalności i oferta będzie dopuszczona.
- Ad. 8. Zamawiający w punktach (15) nie stawia warunku granicznego (na TAK), Wykonawca może zaoferować kardiomonitory nie posiadające tych funkcjonalności i oferta będzie dopuszczona.
- Ad. 9. Zamawiający dopuszcza półkę.
- Ad. 10. Zamawiający dopuszcza: Wykrywanie zespołów QRS: przeprowadzane jednocześnie na co najmniej 2 odprowadzeniach wykrywane powinny być zespoły QRS o czasie trwania od 40 do 120 ms i amplitudach od 0,5 do 5,0 Mv.  
Zamawiający dopuszcza: Regulacja wzmocnienia: 0,25 – 4,0 cm/mV
- Ad. 11. W pkt. 23 Zamawiający zmienia na: „Monitorowanie arytmii: podstawowa analiza arytmii” i modyfikacja siwz (SPZOZ.V.ZP-3520/10/11/2010)
- Ad. 12. Zamawiający wymaga zaoferowania przewodu 3-odprowadzeniowego EKG do każdego monitora oraz przewodu 12-odprowadzeniowego EKG do 1 monitora lub urządzenia zewnętrznego.
- Ad. 13. Zamawiający dopuszcza
- Ad. 14. Zamawiający dopuszcza: Zakres pomiarowy częstości oddechów min. 4-120 odd/min; Granice alarmowe min. 4-80 odd/min; Alarm bezdechu: bez regulacji czasowego ustawienia.
- Ad. 15. Zamawiający w punkcie 33 nie stawia warunku granicznego (na TAK), Wykonawca może zaoferować kardiomonitory nie posiadające tych funkcjonalności i oferta będzie dopuszczona pod warunkiem możliwości rozszerzenia pomiaru ciśnienia śródczaszkowego oraz ciśnienia w krążeniu mózgowym, bezpośrednio lub z interfejsem innej firmy.
- Ad. 16. Zamawiający dopuszcza w pkt. 34-37 zaoferowane rozwiązanie.
- Ad. 17. Zamawiający dopuszcza w pkt. 38-41 zaoferowane rozwiązanie.
- Ad. 18. Zamawiający dopuszcza w pkt. 42-45 zaoferowane rozwiązanie.
- Ad. 19. Zamawiający dopuszcza w pkt. 46-48 zaoferowane rozwiązanie.



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie**

21-200 Parczew ul. Kościelna 124 dyr.(083) 355-21-02 fax.355-21-00

- Ad. 20. Zamawiający dopuszcza w pkt. 54 Zestaw linii pomiarowych dla pacjentów zaintubowanych 10 szt. lub kaniule nosowe 10 szt. na każdy moduł kapnometrii.
- Ad. 21. Zamawiający dopuszcza w pkt. 55-66, 68 zaoferowane rozwiązanie. Wymaga spełnienia pkt. 67 - Możliwość rozbudowy o komunikację z siecią informatyczną szpitala w standardzie HL-7.
- Ad. 22. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. Modyfikacja siwz (SPZOZ.V.ZP-3520/10/11/2010)
- Ad. 23. Zamawiający wymaga minimum dwóch licencji.
- Ad. 24. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji

Podpisał:

Dyrektor  
▪ Samodzielnego Publicznego  
▪ Zakładu Opieki Zdrowotnej  
▪ w Parczewie  
rękr Janusz Hordejuk