



Parczew 01.03.2011

oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/20/2010

dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie:

Tomograf komputerowy, dotyczy pozycji nr 8.

Prosimy o dopuszczenie aparatu CT posiadającego prędkość chłodzenia anody lampy 810kHU/min. Jest to wartość mniejsza od obecnie wymaganej 820kHU/min o 1,2%. Różnica ta nie ma praktycznie wpływu na funkcjonalność tomografu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat CT posiadający prędkość chłodzenia anody lampy 810kHU/min.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk