

Parczew 02.03.2011

oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/21/2010

dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie dot.:

Zadania nr 2 Aparat RTG pozycji nr 49 i 63.

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej pomyłki pisarskiej określając swoje wymagania dotyczące gęstości kratki przeciwrozproszeniowej w „liniach na mm” (gęstość kratki przeciwrozproszeniowej: ≥ 40 linii/mm)?

Gęstość krutek przeciwrozproszeniowych producenci urządzeń podają w jednostce linii/cm a nie linii/mm. W związku z tym używana przez Zamawiającego jednostka nie pozwala żadnemu z oferentów na spełnienie wymogów SIWZ – co w konsekwencji (bez poprawiania tej pomyłki) będzie skutkowało brakiem możliwości złożenia ważnych ofert w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 49 i 63 napisał ≥ 40 linii/mm. Winno być ≥ 40 linii/cm. Zamawiający dokonuje modyfikacji i poprawia omyłkę na ≥ 40 linii/cm.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk