



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Parczew, dnia 31.01.2012

Sekcja Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/11/2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych

### **Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

#### **W SIWZ rozdz. XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT w pkt 1 i 4 było:**

1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego - **Parczew, ul. Kościelna 136, pokój nr 1, do dnia 03.01.2012 roku do godz. 12:00**
4. Otwarcie ofert nastąpi **03.01.2012 roku do godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego [Parczew, ul. Kościelna 136].

#### **Dnia 31.01.2012r. w SIWZ rozdz. XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT w pkt 1 i 4 otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego - **Parczew, ul. Kościelna 136, pokój nr 1, do dnia 07.02.2012 roku do godz. 12:00.**
4. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 07.02.2012 roku do godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego [Parczew, ul. Kościelna 136].

#### **W Załączniku Nr 10 Wzór umowy w § 5 ust. 44 było:**

„Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe na poszczególne etapy robót, wyszczególnione w wykazie cen, w terminie nie później niż 10 dni od zawarcia niniejszej umowy. W kosztorysach ofertowych winny być uwzględnione wszelkie roboty podstawowe i towarzyszące. Kosztorysy te mają charakter pomocniczy. Powinny być opracowane metodą uproszczoną. Posłużą one Zamawiającemu do kontrolowania przebiegu prac i pomocniczo do rozliczania płatności za faktury wystawione za poszczególne, zakończone etapy robót. Ceny jednostkowe określone dla poszczególnych pozycji kosztorysów winny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości.”

#### **Dnia 31.01.2012r. Załącznik Nr 10 Wzór umowy w § 5 ust. 44 otrzymuje nowe brzmienie:**

„Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe na poszczególne etapy robót wyszczególnione w wykazie cen, w terminie:

- 1) nie później niż 10 dni od zawarcia niniejszej umowy – dotyczy zadania nr 2,
- 2) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji projektowej – w ramach zadania nr 1 i 3.

W kosztorysach ofertowych winny być uwzględnione wszelkie roboty podstawowe i towarzyszące. Kosztorysy te mają charakter pomocniczy. Powinny być opracowane metodą uproszczoną. Posłużą one Zamawiającemu do kontrolowania przebiegu prac i pomocniczo do rozliczania płatności za faktury wystawione za poszczególne, zakończone etapy robót. Ceny jednostkowe określone dla poszczególnych pozycji kosztorysów winny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości.”

**W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 1 Sterylizator przelotowy parowy ppkt. 1) i 2) było:**

28)	wbudowany ekran dotykowy o przekątnej min 10"	TAK
-----	---	-----

**otrzymuje nowe brzmienie:**

28)	wbudowany ekran dotykowy o przekątnej min 10" +/- 20%	TAK
-----	--	-----

**W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 1 Sterylizator przelotowy parowy ppkt. 1) i 2) było:**

35)	sterownik sterylizatora wyposażony w skaner kodów kreskowych do odczytywania do sterownika kodów załadunków	TAK
-----	---	-----

**otrzymuje nowe brzmienie:**

35)	Możliwość wyposażenia w skaner kodów kreskowych do odczytywania do sterownika kodów załadunków	TAK
-----	--	-----

**W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 3 Myjnia-dezynfektor do mycia wózków i środków transportowych było:**

Lp.	Parametry	Wartość wymagana	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)
1)	Sprzęt fabrycznie nowy	rok produkcji nie wcześniej niż 2012r.	
2)	Ilość drzwi	Min. jednodrzwiowa	
3)	Wykonanie	Min. stal nierdzewna 316L	
4)	Niezależne monitorowanie temperatury	TAK	
5)	Kontrola ciśnienia pompy	TAK	
6)	Podwójny moduł suszenia	TAK	
7)	Wydajność mycia	Min. 1000 m <sup>3</sup> /h	
8)	Filtr HEPA	TAK	

9)	System kontroli dozowania środków chemicznych	TAK	
10)	Wyświetlanie parametrów cyklu	TAK	
11)	System archiwizacji danych i sterowanie procesem	TAK	
12)	System mycia wykorzystuje oscylujące dysze zapewniające doskonale rezultaty mycia oraz posiada przechylne prowadnice wózków służące do ich optymalnego mycia, suszenia i wyładunku	TAK	
13)	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
14)	Do obowiązków Wykonawcy, będzie należała instalacja sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oraz personelu technicznego w zakresie obsługi i podstawowej konserwacji sprzętu (czynności diagnostycznych, okresowych konserwacji oraz usuwania prostych usterek technicznych)	TAK	

**otrzymuje nowe brzmienie:**

Lp.	Parametry	Wartość wymagana	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)
1)	Sprzęt fabrycznie nowy	rok produkcji nie wcześniej niż 2012r.	
2)	Urządzenie do ręcznego mycia wózków i środków transportowych z dozownikiem środka myjąco-dezynfekującego z zabezpieczeniem przed cofnięciem się środków dezynfekcyjnych do instalacji wody zasilającej wraz z osprzętem (np. węże gumowe zasilający i do mycia, wielofunkcyjny pistolet do mycia, mieszacz wody ciepłej i zimnej)	TAK	
3)	Wytwornica pary do mycia i dezynfekcji miejsc	TAK	

	trudnodostępnych		
4)	Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem	TAK	
5)	Kurtyna z PCV wym. nie mniej niż 2x2,5m (paski z folii PCV o grubości min. 2 mm) z uchwytami ze stali nierdzewnej	TAK	
6)	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
7)	Do obowiązków Wykonawcy, będzie należała instalacja sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oraz personelu technicznego w zakresie obsługi i podstawowej konserwacji sprzętu	TAK	

**W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 1 Sterylizator przelotowy parowy ppkt. 2) było:**

15)	przesuwne poziomo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie	TAK	
-----	--	-----	--

**otrzymuje nowe brzmienie:**

15)	przesuwne poziomo lub pionowo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie	TAK	
-----	--	-----	--