



Parczew, dnia 20.01.2012

Sekcja Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/3/2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych

### **Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

**W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 1) Sterylizator przelotowy parowy Lp. 2) było:**

2)	Pojemność komory sterylizacyjnej	pojemność komory 2 jednostek wsadu zgodnie z PN EN 285 (600x300x300 mm)	
----	----------------------------------	---	--

**Dnia 20.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 1) Sterylizator przelotowy parowy Lp. 2) nowe brzmienie:**

2)	Pojemność komory sterylizacyjnej	pojemność komory 2 jednostek wsadu zgodnie z PN EN 285	
----	----------------------------------	--	--

**W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 2) Sterylizator przelotowy parowy Lp. 2) było:**

2)	Pojemność komory sterylizacyjnej	pojemność komory 6 jednostek wsadu zgodnie z PN EN 285 (600x300x300 mm)	
----	----------------------------------	---	--

**Dnia 20.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 2) Sterylizator przelotowy parowy Lp. 2) nowe brzmienie:**

2)	Pojemność komory sterylizacyjnej	pojemność komory 6 jednostek wsadu zgodnie z PN EN 285	
----	----------------------------------	--	--

**W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 1) Sterylizator przelotowy parowy Lp. 17) było:**

„sterylizator wyposażony w system załadowniczy i wyładowniczy do załadunku komory na trzech poziomach o regulowanej wysokości”

**Dnia 20.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 1) Sterylizator przelotowy parowy Lp. 17) nowe brzmienie:**

„sterylizator wyposażony w system załadowniczy i wyładowniczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości. Kosz duży wykonany ze stali nierdzewnej: wymiary w mm: dł. 585 x szer. 395 x wys. 195.

**W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 2) Sterylizator przelotowy parowy Lp. 17) było:**

„sterylizator wyposażony w system załadowniczy i wyładowniczy do załadunku komory na trzech poziomach o regulowanej wysokości”

**Dnia 20.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń ppkt 2) Sterylizator przelotowy parowy Lp.17) nowe brzmienie:**

„sterylizator wyposażony w system załadowniczy i wyładowniczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości. Kosz duży wykonany ze stali nierdzewnej: wymiary w mm: dł. 585 x szer. 395 x wys. 195.