



Parczew, dnia 25.01.2012

Sekcja Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/9/2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

1. SIWZ rozdz. II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA było:

„Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zw. w dalszej części Specyfikacji jako „PZP”), w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 4 845 000 EURO”.

Dnia 25.01.2012r. w SIWZ rozdz. II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA otrzymuje nowe brzmienie:

„Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zw. w dalszej części Specyfikacji jako „PZP”), w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO”.

2. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt. 1. Sterylizator przelotowy parowy (2 szt.) ppkt 1) Lp. 1) było:

1)	Sprzęt fabrycznie nowy, sterylizator przelotowy parowy	rok produkcji nie wcześniej niż 2011 r	
----	--	--	--

Dnia 25.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt. 1. Sterylizator przelotowy parowy (2 szt.) ppkt 1) Lp. 1) nowe brzmienie:

1)	Sprzęt fabrycznie nowy, sterylizator przelotowy parowy	rok produkcji nie wcześniej niż 2012 r	
----	--	--	--

3. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt. 1. Sterylizator przelotowy parowy (2 szt.) ppkt 2) Lp. 1) było:

1)	Steryliizator przelotowy parowy Sprzęt fabrycznie nowy	rok produkcji nie wcześniej niż 2011 r	
----	---	--	--

Dnia 25.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt. 1. Sterylizator przelotowy parowy (2 szt.) ppkt 2) Lp. 1) nowe brzmienie:

1)	Sterylizator przelotowy parowy Sprzęt fabrycznie nowy	rok produkcji nie wcześniej niż 2012 r	
----	--	---	--

4. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 2 Myjnia dezynfektor do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego Lp. 1) było:

1)	Sprzęt fabrycznie nowy	rok produkcji nie wcześniej niż 2011 r	
----	------------------------	---	--

Dnia 25.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 2 Myjnia dezynfektor do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego Lp. 1) nowe brzmienie:

1)	Sprzęt fabrycznie nowy	rok produkcji nie wcześniej niż 2012 r	
----	------------------------	---	--

5. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 3 Myjnia dezynfektor do mycia wózków i środków transportowych (1 szt.) Lp. 1) było:

1)	Sprzęt fabrycznie nowy	rok produkcji nie wcześniej niż 2011 r	
----	------------------------	---	--

Dnia 25.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 3 Myjnia dezynfektor do mycia wózków i środków transportowych (1 szt.) Lp. 1) nowe brzmienie:

1)	Sprzęt fabrycznie nowy	rok produkcji nie wcześniej niż 2012 r	
----	------------------------	---	--

6. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 4 Wózki transportowe (4 szt.) Lp. 1) było:

1)	Sprzęt fabrycznie nowy	rok produkcji nie wcześniej niż 2011 r	
----	------------------------	---	--

Dnia 25.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 4 Wózki transportowe (4 szt.) Lp. 1) nowe brzmienie:

1)	Sprzęt fabrycznie nowy	rok produkcji nie wcześniej niż 2012 r	
----	------------------------	---	--

7. Dnia 25.01.2012r. W SIWZ w Załączniku nr 8 Parametry techniczne urządzeń pkt 4 Wózki transportowe (4 szt.) dodano Lp. 12):

12)	Kontener z pokrywą szt. 8, do zabezpieczenia w transporcie ładunku sterylnego i niesterylnego (brudnych narzędzi), wykonany z tworzywa odpornego na mycie i dezynfekcję (w tym dezynfekcję termiczną)	wym. Max. 650 x 660 x 250mm Wielkość (wymiary) kontenerów powinna umożliwić załadunek min. 4 kontenerów na wózek	
-----	---	---	--

- 8. Dnia 25.01.2012r. na stronie pierwszej SIWZ dodaje się załączniki punk 13) i 14) tj.:**
- 13) Projekt budowlano-wykonawczy (branża – architektura i technologia)
 - 14) Projekt budowlano-wykonawczy (instalacje elektryczne i teletechniczne)