



Parczew, dnia 26.01.2012

Sekcja Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/10/2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych

### **Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **1. Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy - 1”**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania koszy do umieszczenia wsadu w komorze sterylizatora w ilościach:

- kosz duży wykonany ze stali kwasoodpornej (wym. 585 x 395 x 195 mm) - 2 szt.,
- kosz mały wykonany ze stali kwasoodpornej (wym. 585 x 395 x 100 mm) - 4 szt.

oraz kontenerów (z pokrywami) do zabezpieczenia w transporcie ładunku sterylnego, w drodze powrotnej do transportu zamkniętych narzędzi brudnych (w razie konieczności zamoczonych w środku dezynfekcyjnym) o wymiarach 650 x 450 x 224 mm. wykonanych z tworzywa odpornego na mycie i dezynfekcję (w tym dezynfekcję termiczną) - 2 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga kosza dużego wykonanego ze stali kwasoodpornej o wym. 585 x 395 x 195 mm w ilości 2 szt. oraz Modyfikacja siwz oznaczenie sprawy nr SPZOZ.V.ZP-3522/11/9/2011 z dnia 25.01.2012r.

#### **2. Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy - 2”**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania koszy do umieszczenia wsadu w komorze sterylizatora w ilościach:

- kosz duży wykonany ze stali kwasoodpornej (wym. 585 x 395 x 195 mm) - 18 szt.,
- kosz mały wykonany ze stali kwasoodpornej (wym. 585 x 395 x 100 mm) - 6 szt.

oraz kontenerów (z pokrywami) do zabezpieczenia w transporcie ładunku sterylnego, w drodze powrotnej do transportu zamkniętych narzędzi brudnych (w razie konieczności zamoczonych w środku dezynfekcyjnym) o wymiarach 650 x 450 x 224 mm. wykonanych z tworzywa odpornego na mycie i dezynfekcję (w tym dezynfekcję termiczną) - 6 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga kosza dużego wykonanego ze stali kwasoodpornej o wym. 585 x 395 x 195 mm w ilości 6 szt. oraz Modyfikacja siwz oznaczenie sprawy nr SPZOZ.V.ZP-3522/11/9/2011 z dnia 25.01.2012r.

**3. Dotyczy Parametry techniczne urządzeń pozycja 2. MYJNIA-DEZYNFEKATOR DO NARZĘDZI, CHIRURGICZNYCH I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO 1 szt**

*Temperatura sterylizacji*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o temperaturze dezynfekcji regulowanej do 93 st.C oraz temperaturze suszenia do 110st.C ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**4. Dot. SIWZ**

Po analizie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w przetarg, zgodnie z art. 38 Pzp i VII rodz. SIWZ zwraca się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącej Zadania nr 2 t.j „Doposażenie pomieszczeń budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji w urządzenia wraz z wykonaniem robót budowlanych, polegających na dostosowaniu pomieszczeń budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji" o pełny

1/ Projekt budowlano-wykonawczy ( branża architektura i technologia)

2/ Projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna)

Inwestor zamieścił na stronie internetowej zamówienia tylko część rysunków tych dokumentacji bez spisów treści, wykazów rysunków części opisowych i części obliczeniowych. Pełne projekty zostały zamieszczone natomiast w branżach -konstrukcja i instalacje sanitarne.

Zwracamy się również o zamieszczenie na stronie Inwestora jako uzupełnienie dokumentacji przetargowej zadania Nr 2 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wszystkich branży dla tego zadania .

Uzupełnienie powyższych dokumentów wymagalne i niezbędne jest do właściwego przygotowania oferty oraz wykonania robót na zadaniu Nr 2 przetargu - .znak sprawy - SPZOZ.V.ZP-3522/11/2011

**Odpowiedź:** Modyfikacja siwz oznaczanie sprawy nr SPZOZ.V.ZP-3522/11/9/2011 z dnia 25.01.2012r.

Podpisał:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk