



Sekcja Zamówień Publicznych

Parczew, dn. 11.01.2012r.

Fax (83) 355-21-13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów i akcesoriów medycznych

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1. Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby filtr do tracheostomii był sterylny?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga filtr do tracheostomii typu Trach-Vent, sterylny.

Pytanie 2. Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci antybakteryjny, antywirusowy z portem, sterylny do użytku 24 godz. Opór przepływu przy 30l/min 1,1 cm H₂O, przy 60l/min 2,5 H₂O, przy 90 l/min 4,2cm H₂O?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 3. Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby filtr mechaniczny posiadał membranę harmonijkową, wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci, nawilżanie na poziomie min 34 mg H₂O/l przy Vt500 ml i skuteczności filtracji wirusów i bakterii na poziomie 99,9999 zabezpieczając w ten sposób drogi oddechowe pacjenta podłączonego do respiratora?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4. zadanie 2, poz. 2

W związku z tym, iż współczesne filtry oddechowe dzielą się na filtry przeznaczone do terapii respiratorowej i na filtry przeznaczone do znieczulenia, czy Zamawiający dokona podziału zapotrzebowania na te dwa rodzaje filtrów?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 5. Zadanie 2, poz. 2

W sytuacji kiedy Zamawiający dokona podziału zapotrzebowania na dwa rodzaje filtrów, czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy przeznaczony do aparatów do znieczulenia o skuteczności filtracji wirusów i bakterii na poziomie min 99,999% oporach przy 30l/min 0,8cm H₂O, przy 60l/min 2,1 cm H₂O, przy 90l/min 3,7cm H₂O i wadze 19g?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 6. Zadanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu 8 pozycja 12 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, posiadający ostry kołec wprowadzony do fiołki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odpowiedź

Zadanie 8 pozycja 12 nie dotyczy aparatu do pobierania płynów z butelek.

Pytanie 7. Zadanie 10, poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania nr 10 pozycji 1-3 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu, np. 10a. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców i przez to uzyskanie najlepszej możliwej oferty cenowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. Zadanie 10, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule Neoflon 26 GA, o przepływie 10ml/min, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 1 ust. 5 wzoru umowy na: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, brak importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie wyroby o takich samych parametrach. Wykonawca podejmuje również wszelkie możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku wyrobów objętych niniejszą umową, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe wyroby (w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego wyrobu, nie może być wyższa od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 6. Zapewnienie ciągłości dostaw nie obejmuje sytuacji kiedy Zamawiający nie uregulował w terminie wyznaczonym w umowie należnych płatności.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 1.2) wzoru umowy na: „w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego w terminie wyrobu, za każdy dzień zwłoki, w dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 5zł”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11. Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 1.3) wzoru umowy na: „za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 w wysokości 0,2% wartości wadliwego sprzętu za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 5zł”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12. Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust.3 wzoru umowy na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13. Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: "Zmiana cen może nastąpić w związku ze zmianą stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk