



Parczew, dnia 28.11.2012r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/22/2012 (2)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

W Załączniku nr 2 Formularz cenowy Zadanie nr 36 Parawan RTG było:

l.p.	Asortyment	jedn. miary	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	wartość brutto	Producent
1	Parawan ochronny przed promieniowaniem X mobilny 1,0 mm Pb, wys/szer.150/190cm (+/-5cm), 4 skrętne kółka	Szt.	1					

Dnia 28.11.2012r. Załącznik nr 2 Formularz cenowy w Zadaniu nr 36 Parawan RTG otrzymuje nowe brzmienie:

l.p.	Asortyment	jedn. miary	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	wartość brutto	Producent
1	Parawan ochronny przed promieniowaniem X mobilny 1,0 mm Pb, wys. 190cm, szer. 150cm (+/-5cm) , 4 skrętne kółka	Szt.	1					

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk