



Parczew, dnia 25.02.2014r.

Dział Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13  
[zaopspzozparczew@wp.pl](mailto:zaopspzozparczew@wp.pl)

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (6)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych

### Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

#### 1. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 w pozycji nr 1 było:

Lp.	Preparat /związki aktywne i przeznaczenie	Zakres działania	Max. czas działania	Ilość roztworu roboczego /L./kg	...
1	aktywny tlen, nadwęglan sodu - proszek (dezynfekcja inkubatora) Paski testowe w ilości 1200 sztuk, kompatybilne z oferowanym preparatem. Preparat do przygotowania w zimnej wodzie.	B, F (działanie na <b>A. Niger</b> i <b>C. albicans</b> ),V	30 min	1200 l	

**Dnia 25.02.2014r. załącznik Nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 w poz. 1 otrzymuje nowe brzmienie :**

Lp.	Preparat /związki aktywne i przeznaczenie	Zakres działania	Max. czas działania	Ilość roztworu roboczego /L./kg	...
1	aktywny tlen, nadwęglan sodu - proszek (dezynfekcja inkubatora) Paski testowe w ilości 1200 sztuk, kompatybilne z oferowanym preparatem. Preparat do przygotowania w zimnej wodzie.	B, F (działanie na <b>A. Niger</b> i <b>C. albicans</b> ),V <b>(wirus Polio)</b>	30 min	1200 l	

1. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 w pozycji nr 5 było:

Lp.	Preparat /związki aktywne i przeznaczenie	Zakres działania	Max. czas działania	Ilość roztworu roboczego /L./kg	...
5	glioksal, aldehyd glutarowy,(maszynowa dezynfekcja endoskopów giętkich)	B,F,V,Tbc	5min	40 l koncentratu /max. op. 5 l	

Dnia 25.02.2014r. załącznik Nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 w poz. 5 otrzymuje nowe brzmienie :

Lp.	Preparat /związki aktywne i przeznaczenie	Zakres działania	Max. czas działania	Ilość roztworu roboczego /L./kg	....
5	glioksal, aldehyd glutarowy,(maszynowa dezynfekcja endoskopów giętkich) <b>posiadający pozytywną opinię firmy produkującej endoskopy</b>	B,F,V,Tbc	5min	40 l koncentratu /max. op. 5 l	

2. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 w pozycji nr 8 było:

Lp.	Preparat /związki aktywne i przeznaczenie	Zakres działania	Max. czas działania	Ilość roztworu roboczego /L./kg	....
8	kwask nadctowy, nadctenek wodoru, kwasy organiczne, zasady, fosforany (manualna dezynfekcja endoskopów giętkich)	B, F, V( Adeno, Polio), S, Mycobacterium Tuberculosis,	max 10 min.	1440 L. koncentrat + aktywator max opak.225 ml + 210ml	

Dnia 25.02.2014r. załącznik Nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 w poz. 8 otrzymuje nowe brzmienie :

Lp.	Preparat /związki aktywne i przeznaczenie	Zakres działania	Max. czas działania	Ilość roztworu roboczego /L./kg	....
8	kwas nadctowy, nadtlenek wodoru, kwasy organiczne, zasady, fosforany (manualna dezynfekcja endoskopów giętkich) paski testowe, <b>posiadający pozytywną opinię firmy produkującej endoskopy</b>	B, F, V (Adeno, Polio), S, Mycobacterium Tuberculosis,	max 10 min.	1440 L. koncentrat + aktywator max opak.225 ml + 210ml	

Podpisał:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie  
mgr Janusz Hordejuk