



Parczew, dnia 05.05.2014r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zaopspzozparczew@wp.pl

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/9/2014 (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizeliny

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

1. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 4 w pozycjach nr 1 - 7 było:

Lp	Asortyment	Nrumer katalogowy produktu	Nazwa handlowa	opis	Ilość	Jedn. miary	Cena jednost. netto
1	Gaza higroskopijna, niesterylna 13-nitkowa sterylizowana w parze wodnej w składach, kl. IIa lub wyższa.			szer. 90cm składana	2 000	mb	
2	Gaza wyjąłowiona sterylna 13-nitkowa, kl. IIa lub wyższa.			0,5 m2	80	szt	
3	Kompresy gazowe wyjąłowione sterylizowane parą wodną, kl IIa lub wyższa			8-w. 17-n. 10cm x 20cm a3	1 200	op	
4	Kompresy gazowe wyjąłowione sterylizowane parą wodną, kl IIa lub wyższa			17-n. 10cm x 20cm a 10szt	500	op	
5	Kompresy gazowe wyjąłowione sterylizowane parą wodną, kl IIa lub wyższa			8-w. 17-n. 10cm x 20cm a20	1 200	op	
6	Kompresy gazowe wyjąłowione sterylizowane parą wodną, kl IIa lub wyższa			8-w. 17-n. 10cm x 10cm a 20szt	2 500	op	
7	Kompresy gazowe wyjąłowione sterylizowane parą wodną, kl IIa lub wyższa			8-w. 17-n. 10cm x 10cm a 40szt	1 000	op	

Dnia 05.05.2014r załącznik Nr 2 Formularz cenowy w Zadaniu nr 4 poz. 1 – 7 otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Asortyment	Numer katalogowy produktu	Nazwa handlowa	opis	Ilość	Jedn. miary	Cena jednost. netto
1	Gaza higroskopijna, niesterylna 13-nitkowa sterylizowana w parze wodnej w składach, kl. IIa lub wyższa. Karta danych technicznych			szer. 90cm składana. Masa powierzchniowa min. 17 g/m2.	2 000	mb	
2	Gaza wyjałowiona sterylna 13-nitkowa, kl. IIa lub wyższa. Karta danych technicznych			0,5 m2 Masa powierzchniowa min. 17 g/m2.	80	szt	
3	Kompresy gazowe wyjałowione sterylizowane parą wodną, kl. IIa lub wyższa Karta danych technicznych			8-w. 17-n. 10cm x 20cm a3. Masa powierzchniowa min. 23 g/m2.	1 200	op	
4	Kompresy gazowe wyjałowione sterylizowane parą wodną, kl. IIa lub wyższa Karta danych technicznych			17-n. 10cm x 20cm a 10szt. Masa powierzchniowa min. 23 g/m2.	500	op	
5	Kompresy gazowe wyjałowione sterylizowane parą wodną, kl. IIa lub wyższa Karta danych technicznych			8-w. 17-n. 10cm x 20cm a20. Masa powierzchniowa min. 23 g/m2.	1 200	op	
6	Kompresy gazowe wyjałowione sterylizowane parą wodną, kl. IIa lub wyższa Karta danych technicznych			8-w. 17-n. 10cm x 10cm a 20szt. Masa powierzchniowa min. 23 g/m2.	2 500	op	
7	Kompresy gazowe wyjałowione sterylizowane parą wodną, kl. IIa lub wyższa Karta danych technicznych			8-w. 17-n. 10cm x 10cm a 40szt. Masa powierzchniowa min. 23 g/m2.	1 000	op	

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

2. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 11 w pozycjach nr 2-3 było:

Lp	Asortyment	Opis	Nazwa handlowa	Ilość	Jedn. miary
2	Serweta sterylna, nieprzemakalna, nieprzylepna o wym. 75x90cm. Wykonana z mocnego laminatu 2 lub 3 warstwowego o gramaturze 54-74g/m ² . Zgodnie z normą EN 13795(1,2,3) Zestaw musi posiadać informacje o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki odklejanej z pakowania do umieszczenia na karcie pacjenta.			3000	szt.
3	Zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z trzech warstw o gramaturze 60-75g/m ² . Jednocześnie każdy zestaw musi posiadać informacje o nazwie producenta, dacie ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta	skład zestawu: serweta ginekologiczna z wbudowanymi osłonami na nogi i samoprzylepnym oknem o rozmiarach 235-245x250-260cm z oknem o średnicy 5-10 x10-15cm, ręczniki 2-4szt. celulozowe lub włókninowe o wymiarach 20-40 x20-40cm.		100	szt

Dnia 05.05.2014r załącznik Nr 2 Formularz cenowy w Zadaniu nr 11 poz. 2-3 otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Asortyment	Opis	Nazwa handlowa	Ilość	Jedn. miary
2	Serweta sterylna, nieprzemakalna, nieprzylepna o wym. 75x90cm. Wykonana z mocnego laminatu 2 lub 3 warstwowego o gramaturze 54-74g/m ² . Zgodnie z normą EN 13795(1,2,3) Zestaw musi posiadać informacje o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki odklejanej z pakowania do umieszczenia na karcie pacjenta. Karta danych technicznych			3000	szt.
3	Zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z trzech warstw o gramaturze 60-75g/m ² . Jednocześnie każdy zestaw musi posiadać informacje o nazwie producenta, dacie ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta Karta danych technicznych	skład zestawu: serweta ginekologiczna z wbudowanymi osłonami na nogi i samoprzylepnym oknem o rozmiarach 235-245x250-260cm z oknem o średnicy 5-10 x10-15cm, ręczniki 2-4szt. celulozowe lub włókninowe o wymiarach 20-40 x20-40cm.		100	szt

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

3. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 15 w pozycji nr 1 było:

Lp	Asortyment	Opis	Nazwa handlowa	Ilość	Jedn. miary	Cena jednost. netto
1	Zestaw uniwersalny wykonany min z 2 warstw o gramaturze materiału min. 55g/m2 posiadający wzmocnienie. Musi posiadać informacje o nazwie producenta, dacie ważności, numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.	skład zestawu: serweta na stół narzędziowy 145-150x185-190, samoprzylepna serweta operacyjna 150-180x 230-240cm, samoprzylepna serweta operacyjna 150-170x 170-180cm, dwie samoprzylepne serwety operacyjne 70-75x80-90cm, jedno obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 75-80x140-145cm, jedna taśma samoprzylepna 5-10x50cm, ręczniki 2-4 celulozowe lub włókninowe o wymiarach 20-40x 20-40.		400	szt	

Dnia 05.05.2014r załącznik Nr 2 Formularz cenowy Zadanie nr 15 poz. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Asortyment	Opis	Nazwa handlowa	Ilość	Jedn. miary	Cena jednost. netto
1	Zestaw uniwersalny wykonany min z 2 warstw o gramaturze materiału min. 55g/m2 posiadający wzmocnienie. Musi posiadać informacje o nazwie producenta, dacie ważności, numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Karta danych technicznych	skład zestawu: serweta na stół narzędziowy 145-150x185-190, samoprzylepna serweta operacyjna 150-180x 230-240cm, samoprzylepna serweta operacyjna 150-170x 170-180cm, dwie samoprzylepne serwety operacyjne 70-75x80-90cm, jedno obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 75-80x140-145cm, jedna taśma samoprzylepna 5-10x50cm, ręczniki 2-4 celulozowe lub włókninowe o wymiarach 20-40x 20-40.		400	szt	

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

4. W SIWZ w rozdz. V pkt D Zamawiający dodaje pkt.4:

„4. Dotyczy zadania nr 4 poz. 1-7; zadania 11 poz. 2-3 oraz zadania 15 poz. 1: Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu, wymagane jest dostarczenie kart technologicznych.”

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk