



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Parczew, 23.12.2015 r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl



Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/11/2015 (2)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Aparatu do znieczuleń ogólnych i Histeroskopu kompaktowego dla SPZOZ w Parczewie.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §3 ust. 4 projektu umowy na: „Za datę zapłaty faktury uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych na okres 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 4 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwanie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na żadne zabezpieczenia, wobec tego nie będzie pokrywał żadnych kosztów z nimi związanych.

Pytanie 7 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zabezpieczenie płatności w formie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na wzorze Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia.

Pytanie 13 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku, jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości odsetek przewidzianych w art. 359 § 2(1) Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wyrazi na to zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15 dot. SIWZ:

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 4 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat z centralnym hamulcem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 7 tabelki:

Ponieważ w danych technicznych Flow-i czas pracy na baterii jest określony: około 90 minut, rozumiemy, że Zamawiającemu chodzi o czas pracy przy zasilaniu awaryjnym w standardowych warunkach procesu wentylacji i znieczulenia. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 8 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat z przepływem wdechowym na poziomie 180 l/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 9 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści ssak z dedykowanymi dwiema butlami o pojemności 0.7L każda, do których można stosować wkłady jednorazowe? Nie zamierzacie chyba Państwo co chwilę zmieniać

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 11 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem/monitorem nieobrotowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 13 tabelki:

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który przy istniejącej i skonfigurowanej sieci informatycznej szpitala może mieć możliwość eksportu danych dotyczących znieczulenia. Akces do takiej bazy mają tylko osoby uprawnione. Przenoszenie danych wrażliwych na nośniku USB bez kontroli i do nieuprawnionych komputerów i możliwość wniknięcia w te dane osób nieuprawnionych może naruszać ustawę o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 15 tabelki:

Prosimy o wykreślenie wymogu opisującego cechę charakterystyczną aparatu Flow-i firmy Maquet i dopuszczenie aparatu bez takiej funkcji. Czy Zamawiający wyraża zgodę?

Konstrukcja Flow-i wymaga takiej cechy do poprawnego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa Pacjenta jednakże sformułowana w formie wymagania narusza zapisy UZP o równym traktowaniu oferentów, stąd prosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 16 tabelki:

Prosimy o wykreślenie wymogu opisującego cechę charakterystyczną aparatu Flow-i firmy Maquet i dopuszczenie aparatu bez takiej funkcji. Czy Zamawiający wyraża zgodę?

Konstrukcja Flow-i wymaga takiej cechy do poprawnego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa Pacjenta i jest rozwinięciem pkt 15 SIWZ, jednakże sformułowana w formie wymagania narusza zapisy UZP o równym traktowaniu oferentów, stąd prosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 17 tabelki:

Ponieważ filozofia firmy Maquet w zakresie rozumienia znaczenia „minimum” jest odmienna od ogólnie przyjętej, prosimy o dopuszczenie aparatu z przepływem od 200 ml/min. Pragniemy zwrócić uwagę, że minimalnym przepływem na poziomie 300 ml/min charakteryzuje się jedynie aparat Flow-i, pozostali producenci oferują przepływy 200 ml/min; co zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta, a jednocześnie ułatwia stosowanie technik z niskimi czy minimalnymi przepływami. Taki wymóg narusza zapisy UZP o równym traktowaniu oferentów, stąd prosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 18 tabelki:

Prosimy o wykreślenie wymogu opisującego cechę charakterystyczną aparatu Flow-i firmy Maquet i dopuszczenie aparatu bez takiej funkcji. Czy Zamawiający wyraża zgodę?

Niewątpliwie czujniki wewnętrzne mogą nie wymagać rutynowej wymiany, nie są jednak niezniszczalne, a zapewne wymiany dokonuje serwis. Prosimy o dopuszczenie aparatu z wymiennymi czujnikami nadającymi się do sterylizacji, które mogą być wymieniane przez personel bez użycia narzędzi. Aktualny wymóg narusza zapisy UZP o równym traktowaniu oferentów, stąd prosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 20 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat z obejściem O₂ >35 l/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 21 tabelki:

Ponieważ w pkt. 10 SIWZ jest taki sam zapis rozumiemy, że Zamawiającemu chodzi o jeden przepływomierz. Prosimy o potwierdzenie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 22 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez elektronicznej zastawki APL tylko z klasyczną zastawką APL, nastawianą ręcznie z przejrzystą skalą, łatwą w obsłudze?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 23 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat z pochłaniaczem o pojemności 1.5L wielorazowego użytku oraz z możliwością zastosowania pochłaniaczy jednorazowych 1,2L wymienianych w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Rozumiemy także że chodzi Państwu o krótkotrwałą możliwość pracy z obejściem pochłaniacza przez czas jego wymiany. Prosimy o dopuszczenie i potwierdzenie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 25 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem respiratora bez możliwości obrotu, umieszczony z przodu aparatu, sterowany pokrętkiem i przyciskami na ekranie dotykowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 26 tabelki:

Prosimy o wykreślenie wymogu opisującego cechę charakterystyczną aparatu Flow-i firmy Maquet i dopuszczenie aparatu bez takiej funkcji. Czy Zamawiający wyraża zgodę?

Prosimy o dopuszczenie aparatu z respiratorem na ekranie którego prezentowane są trzy krzywe dynamiczne, prezentowane są 2 pętle oddechowe, prezentowane są nastawy parametrów wentylacji i parametry mierzone, prezentowane są tzw. wirtualne przepływomierze, prezentowane są trendy, prezentowane są objętości oddechowe typu MV obowiązkowa, MV spontaniczna w ml/min lub l/min. Aktualny wymóg narusza zapisy UZP o równym traktowaniu oferentów, stąd prosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 31 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony lub z możliwością rozbudowy o tryb AutoFlow równoważny do wymaganego PRVC?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 31 tabelki:

Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu z obecną wentylacją synchronizowaną objętościową z regulacją czułości wyzwalania oddechu przez pacjenta? Biorąc pod uwagę wymaganą klasę aparatu, wyposażenie go tylko w tryby wentylacji VC i PC wydaje się niezrozumiałe, bowiem na rynku dostępne są dużo tańsze i prostsze urządzenia bez całej masy wymaganych w tym postępowaniu opcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 33 tabelki:

Prosimy o wykreślenie wymogu opisującego cechę charakterystyczną aparatu Flow-i firmy Maquet i dopuszczenie aparatu bez takiej funkcji. Czy Zamawiający wyraża zgodę?

Prosimy także o dopuszczenie aparatu z funkcją prognozowania wydechowego stężenia anestetyku oraz wbudowaną funkcją optymalizacji przepływu ŚG tzw. ekonometrem znieczulania. Aktualny wymóg narusza zapisy UZP o równym traktowaniu oferentów, stąd prosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 33 tabelki:

Prosimy o ustanowienie wymogu posiadania przez aparat funkcji w zakresie przeprowadzenia oceny końcowo wydechowego stężenia anestetyku oraz w zakresie doboru przepływu ŚG przy pracy z minimalnymi lub niskimi przepływami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 37 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją PEEP w zakresie 2 do 35 cm H₂O? Podany w wymaganiu zakres spełnia tylko aparat Flow-i.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 38 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją ciśnienia wdechowego w zakresie od 1 do 80 cmH₂O?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 40 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat z plateau w zakresie 20 do 60%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 56 tabelki:

Prosimy o wykreślenie wymogu opisującego parametr charakterystyczny dla Flow-i i dopuszczenie aparatu z pomiarem ciśnienia PEEP.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 58 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez pomiaru podatności statycznej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 67 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez złącza VGA? O ile złącze szeregowe i LAN (RS i Ethernet) a nawet USB można nazwać komunikacyjnymi o tyle VGA to analogowy interfejs do przesyłania sygnału wideo. Obecnie jest już mało popularny, jednak możemy spotkać go jeszcze w starszych modelach notebooków. Wyjściowy obraz przesyłany przez interfejs VGA jest bardzo słabej jakości, zarówno z tego względu jak i faktu, że w wymogu zawarto opis cech charakterystycznych aparatu Flow-i prosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 68 tabelki:

Rozumiemy, że Zamawiający poprzez sformułowanie „kopiowanie zdjęć z ekranu” ma na myśli tzw. „zrzut ekranu” czyli zapis aktualnego obrazu wyświetlanego na ekranie do pliku graficznego. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 68 tabelki:

Czy Zamawiający wymaga także by konfiguracja jednego aparatu mogła być przeniesiona na nośniku USB i zastosowana w drugim aparacie co znacznie uprości czas przystosowania urządzenia do indywidualnych wymagań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 69 tabelki:

Czy Zamawiający zdecyduje się zrezygnować z preferowania cech oferowanych jedynie w aparacie Flow-i firmy Maquet i dopuści do udziału w postępowaniu także urządzenia innych oferentów, bowiem aktualny wymóg opisuje funkcjonalność posiadaną tylko przez aparat Flow-i. Aparat Zeus a nawet Aisys posiadają zupełnie inne rozwiązania techniczne. Wymóg elektronicznej

podaż i sterowania parownikami w połączeniu z pkt 33 SIWZ gdzie wymaga się jedynie możliwości rozbudowy, nie ma nawet uzasadnienia technicznego. Prosimy zatem o dopuszczenie aparatu z możliwością podłączenia dwóch parowników jednocześnie, klasycznych, sterowanych manualnie, z kontrolą nastaw na ekranie respiratora.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 70 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyświetlania poziomego środka na ekranie, który jest przecież widoczny w tzw. przezierniku parownika? Zestawienie cech w tym i innych punktach tabeli SIWZ uniemożliwia złożenie ważnych ofert innym producentom urządzeń medycznych w nieuzasadniony sposób preferując aparat Flow-i co narusza zasady zawarte w UZP.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 75 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych pacjenta z ekranem o przekątnej 10,4 cala?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 75 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych pacjenta z wbudowanymi modułami pomiarowymi, spełniający wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 92 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści jednoczesne wyświetlanie dwóch wartości: albo dwóch temperatur, albo temperatury i różnicy temperatur, do wyboru przez użytkownika?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 96 tabelki:

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych pacjenta z ręcznym ustawianiem granic alarmowych wszystkich parametrów, bez automatycznego ustawiania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Podpisał:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk