



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Parczew, 05.01.2016 r.

Dział Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13  
zamowienia@spzozparczew.pl



Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2015 (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej w podziale na 32 części.**

## Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

### 1. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 14 w pozycjach nr 11 - 12 było:

11	Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe. Grubość na palcu 0,08mm - 0,12mm, dłoni 0,07mm -0,11 mm, mankiecie 0,05mm-0,06 mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość rekawicy min.240mm., AQL 1.5, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 oraz PN-EN 374-1-2-3 lub równoważnej. Opakowanie a'200 szt. Rozmiar M	szt	1 100	
12	Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe. Grubość na palcu 0,08mm - 0,12mm, dłoni 0,07mm -0,11mm, mankiecie 0,05mm - 0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość rekawicy min.240mm., AQL 1.5, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 oraz PN-EN 374-1-2-3 lub równoważnej. Opakowanie a'200 szt. Rozmiar L	szt	400	

**Dnia 05.01.2016r. załącznik Nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 14 poz. 11 - 12 otrzymuje nowe brzmienie:**

11	Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe. Grubość na palcu 0,08mm - 0,12mm, dłoni 0,07mm -0,11 mm, mankiecie 0,05mm-0,06 mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość rekawicy min.240mm., AQL 1.5, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 oraz PN-EN 374-1-2-3 lub równoważnej. Opakowanie a'200 szt. Rozmiar M	op.	1 100	
----	---	-----	-------	--



12	Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe. Grubość na palcu 0,08mm - 0,12mm, dłoni 0,07mm -0,11mm, mankiecie 0,05mm - 0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość rekawicy min.240mm., AQL 1.5, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 oraz PN-EN 374-1-2-3 lub równoważnej. Opakowanie a'200 szt. Rozmiar L	op.	400	
----	---	-----	-----	--

**2. W załączniku nr 5 wzór umowy w § 1 ust. 12 było:**

„12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania wyrobów objętych konkretnym zamówieniem Zamawiającego. Dokumenty winny być dostarczone wraz z dostawą zamówionych wyrobów, a także na każde pisemne (faxem) żądanie Zamawiającego.”

**Dnia 05.01.2016r. załącznik nr 5 wzór umowy w § 1 ust. 12 otrzymuje nowe brzmienie:**

„12. Wykonawca, wraz z pierwszą dostawą zamówionych wyrobów, zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie ich do obrotu i używania, a także na każde pisemne (faxem) żądanie Zamawiającego”.

**3. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdział X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT w pkt 1 i 5 było :**

1. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. IV niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 08.01.2016 r. do godz. 11:30 w Sekretariacie (pok. nr 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2016 r. o godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew w Sali Konferencyjnej pok. Nr 3 Administracji

**Dnia 05.01.2016r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozdział X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT w pkt 1 i 5 otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. IV niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 11.01.2016 r. do godz. 11:30 w Sekretariacie (pok. nr 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2016 r. o godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew w Sali Konferencyjnej pok. Nr 3 Administracji.

Podpisał:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie  
mgr Janusz Hordejuk