



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Parczew, 01.10.2018 r.



Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2018 (4)
Dotyczy: Dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.



Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczenia zamiennika (odpowiednika) wyrobu czy też wyrobu z tzw. zapasów, w sytuacji o której mowa w ust. 5, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu (zamiennika) u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 12

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia Zamawiającemu, przy pierwszej dostawie partii przedmiotu umowy dokumentu potwierdzającego, że oferowane wyroby spełniają warunki wprowadzenia do obrotu medycznego?

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z ofertą przetargową deklaracji zgodności CE oferowanego sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy), może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków jakościowych i/lub ilościowych lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji, o której mowa w ust. 3, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. Brak pisemnej odmowy w tym terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Bez względu na przewidziany w ust. 1-4 niniejszego paragrafu tryb reklamacyjny, w przypadku niedostarczenia towaru w terminie przewidzianych w §1 ust. 2, lub też dostarczenia asortymentu wadliwego, jeżeli dany towar będzie niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej Zamawiającego z uwagi na konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, Zamawiający ma prawo zaopatrzenia się w dany asortyment we własnym zakresie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, przy czym jeżeli cena nabytego towaru będzie wyższa od ceny przewidzianej w formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu różnicę”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1.1, 1.2, 1.3 oraz ust. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%, oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, w szczególności w przypadku.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.

Pytanie 12

Zadanie 1, poz. 20-21,24-26,31

Prosimy o wydzielenie poz. 20-21,24-26,31 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Zadanie 1, poz. 20-21

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Zadanie 1, poz.1

Czy zamawiający wymaga koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi – tzw. zwykłe, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź:

Zadanie 1 pozycja 1 dotyczy innego asortymentu. Zamawiający w pozycji 1 wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Zadanie 1, poz.2

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- tzw. Dwufunkcyjne; z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Odpowiedź:

Zadanie 1 pozycja 1 dotyczy innego asortymentu. Zamawiający w pozycji 2 wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Zadanie 1, poz. 24

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml – skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną, jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17

Zadanie 1, poz. 4-5

Prosimy o wydzielenie poz.4-5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Zadanie 1, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga przyrządów typu IS bez ftalanów oraz igły, za to posiadające ostry kolec biorczy, dwukanałowy wzmocniony ABS?

Odpowiedź:

Zadanie 1 pozycja 5 dotyczy innego asortymentu. Zamawiający wymaga w pozycji 5 zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

Zadanie 12, poz. 2,12,19,20

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 20

Zadanie 12, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści opaski niesterylne, bez oświadczenia o czystości mikrobiologicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Zadanie 12, poz.3

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych z polem do opisu 15 mm x 80 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ..

Pytanie 22

Zadanie 12, poz. 17

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 23

Zadanie 12, poz.2-9,12-14,16-17,19-22,29

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 12 wydzieli pozycje: 2-9,12-14,16-17,19-22,29 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Zadanie 26, poz.1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 25

Zadanie 26, poz.8

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 26

Zadanie 26, poz. 1, poz.8

Prosimy o wydzielenie poz.31, poz.8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 27

Zadanie nr 1 poz. 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w pakiecie

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 28

Zadanie nr 1 poz. 9-14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli w opakowaniu klasy medycznej, gwarantującym sterylność i bezpieczeństwo równie skutecznie jak opakowanie typu Tyvec. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 29

Zadanie nr 1 poz. 9-14

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli wyposażonej w zastawkę antyzwrotną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 30

Zadanie nr 1 poz. 9-14

Czy Zamawiający wymaga kaniuli z 4 paskami widocznymi w promieniach RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31

Zadanie nr 1 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji mini spike z filtrem antybakteryjnym w 0,1 um Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 32

Zadanie nr 1 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji mini spike z filtrem antybakteryjnym w 1,2 um Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 33

Zadanie nr 1 poz. 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 34

Zadanie nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji worka światłoczułego z wycięciem umożliwiającym zawieszenie worka, drugim wycięciem umożliwiającym wyprowadzenie drenu, z paskiem kleju pozwalającym na pewne zamknięcie worka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 34

Zadanie nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający będzie wymagał w/w pozycji badań potwierdzających przepuszczalność światła

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Zadanie nr 11 poz. 5

Prosimy Zamawiającego czy w/w pozycji wymaga opakowania folia – papier z kolorystycznym oznaczeniem dla infuzji w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 36

Zadanie nr 11 poz. 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 37

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert o 2 dni robocze

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 38

Dotyczy wzoru umowy

Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ

Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 39

Dotyczy wzoru umowy

Par. 1 ust. 10 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności do 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 01.10.2018r. Pismo SPZOZ.V.ZP-3520/12/2018 (5)

Pytanie 40

Dotyczy wzoru umowy

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 41

Dotyczy wzoru umowy

Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 42

Dotyczy wzoru umowy

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 43

Zadanie nr 26, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie medycznej półmasksi filtrującej składanej 3-panelowej? Konstrukcja dopasowuje się do różnych kształtów twarzy, dostosowuje się do ruchów twarzy podczas mówienia, jest odporna na zapadanie się: idealna do pracy w gorącym i wilgotnym środowisku. Indywidualne opakowanie zwiększa higienę zapobiegając zanieczyszczeniu półmasksi przed użyciem i pozwala na praktyczne przechowywanie i dystrybucję w miejscach pracy. Podwójnie atestowana półmaska filtrująca bez zaworu + FFP2 - środek ochrony indywidualnej i wyposażenie medyczne. Pomaga chronić pracownika opieki medycznej poprzez zmniejszenie narażenia na zawieszane w powietrzu cząstki (bioaerozole, pyły, pary) i przed rozbryzgami płynów, a pacjenta przed powietrzem wydychanym przez pracownika opieki medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 44

Zadanie nr 21 – Akcesoria endoskopowe, kleszczyki biopsyjne

Dot. poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli wraz z raczkami jako komplet oryginalnie zapakowany przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 45

Zadanie nr 21 – Akcesoria endoskopowe, kleszczyki biopsyjne

Poz. 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne o długości 150 cm, do kanału roboczego o średnicy 2,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 46

Zadanie nr 21 – Akcesoria endoskopowe, kleszczyki biopsyjne

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o średnicy 2,4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 47

Zadanie 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne dzielone o powierzchni 118cm² pakowane w opakowania a`25szt z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 48

Zadanie 12, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 49

Zadanie 12, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do dobowej zbiórki moczu w systemie 14 dniowym wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy, z zastawką antyrefluksyjną (bezzwrotną), z samouszczelniającym się, bezigłowym portem do pobierania próbek, obsługiwany jedną ręką, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia, komora kroplowa typu Pasteur'a tworząca „suchą” barierę powietrzną, dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym o długości 110 cm i dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, na drenie klema zaciskowa typu przesuwne oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu z dodatkowym elementem wzmacniającym w miejscu połączenia drenu z komorą. Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 100 ml. Zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka oraz dodatkowe mocowanie za pomocą paska. Biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu, pojemność worka 2500 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 50

Zadanie 12 pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz o długości części ząbkowanej około 34mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 51

Zadanie 12 pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy do użytku na 7 dni lub 100 aktywacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 52

Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu od 0,33mm do 0,40mm, dłoni 0,27-0,35, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 53

Zadanie 13 pozycja 5-9

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm +/-0,02mm; dłoni 0,14mm +/- 0,02mm; mankiet 0,12mm +/- 0,02mm; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 54

Zadanie 13 pozycja 10-12

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane od wewnątrz, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 55

Zadanie 13 pozycja 1-20

Czy w razie wątpliwości Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia zgodności z wymaganymi normami poprzez raporty z badań- dla EN 455 od producenta, dotyczące odporności na substancje chemiczne i mikroorganizmy wg EN 374- z jednostki niezależnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 56

Zadanie 15, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania CH24?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 57

Zadanie 15, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 27?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 58

Zadanie 15, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 33?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 59

Zadanie 15, pozycja 79-83

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60

Zadanie 15, pozycja 89

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarze CH24?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 61

Zadanie 15, pozycja 93

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a'90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 62

Zadanie 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody klamrowe kolor: żółty, zielony, czerwony i czarny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 63

Zadanie 22, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu, w którym sterylizacji w autoklawie podlega jedynie silikonowa poduszka powietrzna), korpus należy namoczyć w środku dezynfekcyjnym w płynie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64

Zadanie 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 65

Zadanie 26, pozycja 2-6

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny chirurgiczny sterylny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² z nieprzemakalnymi wstawkami na rękawach i z przodu fartucha o gramaturze 38g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66

Zadanie 26, pozycja 2-6

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej od zewnątrz o gramaturze 30g/m² w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67

Zadanie 26, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 68

Zadanie 26, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 69

Zadanie 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 70

Zadanie 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 71

Zadanie 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów światłoczułych, opakowany sterylnie folią? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72

Zadanie 7 Pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 7 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73

Zadanie Pakiet 27 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik/rękaw silikonowy zakończony balonikiem retencyjnym bez znacznika RTG, zapewniający efektywny przepływ stolca
- z białą kieszonką na palec ułatwiającą aplikację systemu,
- port napompowujący bez portu do pobierania próbek kału,
- 3 worki zbiorcze o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml (numerycznie co 100 ml), bez wyściółki z superabsorbentu, zapewniające skuteczną zbiórkę stolca,
- Strzykawka o pojemności 45 ml, skalowana co 1 ml,

Pasek mocujący system do łóżka pacjenta

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 74

Zadanie 27 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 75

Zadanie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 15 pozycji 11 i 12 i stworzy osobny pakiet. Pozwoli to Zamawiającemu na stworzenie ofert konkurencyjnych jak również przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 76

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dla dorosłych i dzieci, o powierzchni dzielonej (dwudzielnej) 103 cm² (1 op= 100szt)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Podpisał
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk