



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873



Unia Europejska

Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Parczew, 06.03.2018 r.

Dział Zamówień Publicznych  
fax (83) 355 21 13  
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2018 (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby SOR w ramach projektu „Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego – uzupełnienie wyposażenia w celu bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału”

### Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

#### Pytanie 1

Pakiet 2, poz.10

Czy Zamawiający dopuści aparat z cięciem monopolarnym o mocy 360 Wat ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cięcie monopolarne o mocy 360 Wat

#### Pytanie 2

Pakiet 2, poz.11

Czy Zamawiający dopuści aparat z bezpieczniejszą i często używaną w zabiegach operacyjnych funkcją auto-start i funkcją auto-stop dla **koagulacji bipolarnej** zamiast koagulacji monopolarnej?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aparat z koagulacją bipolarną z funkcją auto-start i funkcją auto-stop.

Podpisał

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie  
mgr Janusz Hordejuk

